

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

EZ/215/53/2012

Krosno, dn. 22.05.2012

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą spirometrów II - EZ/215/53/2012.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy spirometr o poniższych właściwościach i parametrach:
 - Własnym zintegrowanym kolorowym ekranem LCD 320x240 pikseli
 - Klawiaturą funkcyjną i alfanumeryczną do wprowadzania danych pacjenta,
 - Wbudowaną drukarką termiczną 112mm,
 - Mbudowanym zasilaniem akumulatorowym oraz sieciowym
 - Możliwością pracy stacjonarnej oraz mobilnej (łatwe przenoszenie pomiędzy gabinetami i oddziałami szpitalnym, poradniami – przy zachowanej autonomiczności urządzenia – własne zasilania, drukarka, pamięć badań do 6000, bez konieczności podłączania do komputera)
 - Możliwością (fakultatywnie) podłączania do komputera prze USB – oprogramowanie do archiwizacji i analizy, działające w środowisko Windows XP/7, na wyposażeniu
 - Łącznością w technologii bluetooth z komputerem/drukarką/palmtopem
 - Możliwością współpracy z cyfrowymi turbinami wielorazowymi(do dezynfekcji)
 - I/lub cyfrowymi turbinami jednorazowymi(dla jednego pacjenta), bez konieczności stosowania filtrów jednorazowych, bez płynów dezynfekujących, bez sterylizacji - na wyposażeniu 100 szt. turbin jednorazowych z ustnikiem (ewentualnie prosimy o podanie ilości wymaganych turbin)
 - Bez konieczności okresowych kalibracji urządzenia!
 - Pokazujący w czasie rzeczywistym krzywe/badania FVC, VC z wzorem oddech oraz MVV
 - Próba bronchodilacyjna (PRE-POST) z porównaniem wyników
 - Wewnętrznym czujnik temperatury do konwersji BTPS
 - Automatyczną kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS
 - Oceną jakości badania w skali A-F
 - Automatyczną oceną prawidłowo wykonanego badania
 - Automatyczną oceną próby rozkurczowej wg standardów ERS
 - Wbudowanym systemem motywacyjnym dla dzieci
 - o następujących parametrach technicznych:

- Czujnik temperatury: półprzewodnik (0-45°C)
- Przepływomierz: cyfrowa turbina dwukierunkowa
- Zakres przepływu: ±16l/s
- Dokładność objętości: ±3% lub 50ml
- Dokładność przepływu: ±5% lub 200ml/s
- Rezystancja dynamiczna: <0,5 cmH2O/l/s
- Połączenie: USB, Bluetooth®, RS232
- Wyświetlacz: grafika FSTN, 320 × 240 pikseli
- Drukarka/papier: Termiczna/y, szerokość: 112 mm (4,4 cali)
- Ustniki: Ø 30 mm (1,18 cali)
- Wymiary: 310×205×65 mm (12,2×8,1×2,6 cali)
- Waga: 1,9 kg (4,2 lbs)
- Mierzące następujące parametry oddechow: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, Wiek płuc, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/tot, VT/ti, MVV
- Darmową aktualizacją oprogramowania wewnętrznego spirometru oraz oprogramowania komputerowego w okresie gwarancji i po jej zakończeniu
- Możliwość dowolnego konfigurowania/definiowania raportów badań
- Możliwość szybkiego przeszukiwania bazy pacjentów po nazwisku, numerze ID lub po dacie badania
- Instalacja i szkolenie w siedzibie Użytkownika
- Oprogramowanie i instrukcja badań w języku polskim.
- Wymagania serwisowe zgodnie z dotychczasowymi wymaganiami Zamawiającego
- Okres gwarancji -24 miesiące.
- Przeglądy serwisowe raz na 12 miesięcy w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zawiadamia o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 25.05.2012

Nowy termin otwarcia ofert: 25.05.2012

**DZIAŁ ZAMOWIENI
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA**

Pelczar
mgr inż. Katarzyna Pelczar
starszy referent
SEKRETARZ KOMISJI PRZETARGOWEJ

Z poważaniem

PO DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Położnickiego
Im. Jana Pawła II w Groźnie
M
mgr Magdalena Tymcio