

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

EZ/214/6/2013

Krosno, dn. 20.02.2013.

Do wszystkich uczestników postępowania
www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą ureterorenoskopu nr postępowania EZ/214/6/2013.

Pytanie 1

Czy zamawiający zezwoli na złożenie oferty na ureterorenoskop renomowanej firmy z Unii Europejskiej nieznacznie odbiegający parametrami od wymaganego przez zamawiającego.

Oferowane przez nas parametry:

Koniec dystalny atraumatyczny o rozmiarze 8 Fr.

Rozmiar płaszczka ureterorenoskopu 9,8Fr z jednym stopniem stożkowym.

Długość 42,5 cm.

Kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze 5 Fr.

Kąt patrzenia 80.

Autoklawowalny.

Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszczka ureterorenoskopu, 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90o do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w zawór do precyzyjnej regulacji przepływu .

Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych.

Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekaniu płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale lub jest wyjęty.

Kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenoskopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portów- szt. 1.

Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, śr. 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome - szt. 2

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe parametry.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o kierunku patrzenia 5° lub 12°? Dane optyk w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy o rozmiarze 5 Fr bardziej użytecznych do zamawianego URS?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z wysokości 1% na 0,5 % w przypadku nie dotrzymania terminu reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z wysokości 20% na 10% w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania i otwarcia ofert oraz godziny zostają zmienione:

Termin składania ofert upływa 25.02.2013r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 25.02.2013r. o godz. 11:00.

Z poważaniem

mgr Z-ca DYREKTORA ds. LECZNICTWA
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
lek. Jan Gołąb

BIURO ZAMÓWIEŃ
MEDYCYNICZNYCH I ZAOPATRZENIA

iflu...
mgr Agnieszka Pękalska
starszy specjalista

BIURO ZAMÓWIEŃ
MEDYCYNICZNYCH I ZAOPATRZENIA

h...
mgr Monika Koś

ORDYNATOR ODDZIAŁU UROLOGII
I UROLOGII ONKOLOGICZNEJ
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie

lek. med. Dariusz Sobieraj
Chirurg-Specjalista Urolog
Specjalista Organizacji Rehabiliacji Zdrowia