

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 12.03.2013

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą soczewek wszczepialnych wewnątrzgałkowych
nr postępowania EZ/215/21/2013**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy w Pakiecie nr 3 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści soczewki wewnątrzgałkowe akrylowe, asferyczne, hydrofilne o średnicy całkowitej 12,5mm, angulacji 0°, o stałej A=118,0 z jednorazowym systemem implantacyjnym: jednorazowy cartridge i jednorazowy injector, soczewka nie załadowana do aplikatora?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2. Czy w Pakiecie nr 5 poz. 1 Zamawiający dopuści soczewkę o uwodnieniu: 26%, średnica cała 12,5mm, części haptyczne jak na rysunku ?



Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3. (Pakiet 1. poz. 1) Czy Zamawiający dopuści soczewki posiadające aberrację skorygowaną o dioptrażu od 10,0D do 30,0D, angulacji 5°, współczynnika refrakcji 1,47, uwodnieniu 25%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4. (Pakiet 1, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści soczewki jednoczęściowe, posiadające aberrację skorygowaną, o angulacji 5° dioptrażu od 10,0D do 30,0D, nie posiadające 3 stopniowej stabilizacji haptyków, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5. (Pakiet 2, poz. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 2 i utworzy odrębny pakiet?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6. (Pakiet 3, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści soczewki o średnicy całkowitej 12,5mm, angulacji 0°, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7. (Pakiet 3, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne o stopniu uwodnienia 25%, średnicy optycznej 6,15mm, średnicy całkowitej 10,75mm, ostrych krawędziach na całym obwodzie, stała A 118,9, angulacji 5°, zapakowane fabrycznie do catridga, który łączy się z injectorem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8. (Pakiet 5, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści soczewki o średnicy optycznej 6,15mm, średnicy całkowitej 10,75mm, angulacji 5°, dioptrażu od 10,0D do 30,0D, konstrukcja- jednoczęściowa, z zamkniętymi haptkami podpierającymi soczewkę w 4 punktach, współczynnika refrakcji 1,47?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 3 w poz. 1 soczewki posiadającej dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z dwóch części haptycznych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 3 w poz. 2 soczewki asferycznej fabrycznie załadowanej do injectorów jednoczęściowego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11. Czy Zamawiający odstąpi od możliwości zamówień na cito soczewek wewnątrzgałkowych z pakietu nr 3, zważywszy na fakt, że wykorzystywane one są w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?


Odpowiedź: Nie.


Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 2 Prawo zamówień publicznych, mając na celu umożliwienie potencjalnym Wykonawcom złożenie ofert przedłuża termin składania i otwarcia ofert, jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa: 18.03.2013 r. o godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert 18.03.2013 r. o godz. 12:15

Z poważaniem


ODDZIAŁ KULISTYKI I GO
Wojewódzkiego Szpitala Pielęgniarstwa
im. Jana Pawła II w Kłodzku
Dr n. med. Jacek Kuczyński
specjalista chorób oczu


Wojewódzkiego Szpitala Pielęgniarstwa
im. Jana Pawła II w Kłodzku
mgr Piotr Czerwiński


**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA**
mgr inż. Joanna Mendocha
ST. INSPEKTOR

A. Kuczyński