

Krosno, dnia 3 lipca 2013 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą stymulatorów i elektrod kardiologicznych
nr postępowania EZ/215/58/2013**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. dotyczy Pakietu 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod stymulujących przedsionkowych i komorowych z 24-o miesięcznym okresem gwarancji?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. dotyczy pakietu 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod stymulujących przedsionkowych i komorowych o długościach 45, 53 i 60 cm.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3. dotyczy Projektu umowy. W § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez wskazanie, że chodzi o „zwłokę”, a nie „opóźnienie” i o „każdy dzień roboczy zwłoki”, a nie „każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4. dot. Projektu umowy. W § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez wskazanie, że chodzi o „każdy dzień roboczy zwłoki”, a nie „każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5. dotyczy Projektu umowy. W § 5 ust. 1 pkt 4) Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez wskazanie, że chodzi o „zwłokę”, a nie „opóźnienie”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6. dotyczy Projektu umowy. W § 5 ust. 2 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez wskazanie, że chodzi o „zwłokę”, a nie „opóźnienie”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7. dotyczy Projektu umowy. W § 6 ust. 3 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie w taki

sposób, aby za dzień zapłaty uznać dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8. rozrusznik SSIR, pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy bez algorytmu wspomagającego programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9. pakiet 3, rozruszniki DDDR, pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści stymulator DDDR bez funkcji diagnostycznej w postaci zliczania ilości epizodów Rate Drop Response (-ilość epizodów RDR), jeżeli rozrusznik będący przedmiotem zamówienia nie posiada funkcji terapeutycznej przeznaczonej dla pacjentów z zespołem wazowagalnym?

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
ul. Jana Pawła II w Krosnie
mgr Piotr Czerwiński

DZIAŁ ZAMÓWIENI
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

J.M.
mgr inż. Joanna Mendocha
SPECJALISTA

M.K.
KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIENI
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr Monika Koś