

Krosno, dnia 19 lipca 2013 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą materacy, wózków inwalidzkich i balkoników oraz kaftanów
i pasów bezpieczeństwa
nr postępowania EZ/215/61/2013**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Pakiet nr 1 - Materace zmiennociśnieniowe z pokrowcem komorowe. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania materac zmiennociśnieniowy o szerokości 88,5 cm, wysokość 12,5 cm, długość 200 cm, wykonany z nylonu pokrytego poliuretanem, posiadający deklarację zgodności CE, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Pakiet nr 2 - Materace zmiennociśnieniowe bąbelkowy. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania materac bąbelkowy bez pokrowca, który podwyższa cenę materaca a nie ma wpływu na jego żywotność i funkcjonalność, pokrowiec można zastąpić zwykłym prześcieradłem, poza tym wymóg pokrowca na materacu bąbelkowym preferuje jednego wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
działu Zamówień Publicznych
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
mgr inż. Joanna Mendocha
SPECJALISTA

Kostane