

Krosno, dnia 27 września 2013 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU**

**na zakup wraz z dostawą kardiowerterów-defibrylatorów
nr postępowania EZ/215/97/2013**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Załącznik nr 2 do siwz – FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA–KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY 35J Z ELEKTRODĄ ICD DR; punkt 3 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD DR o złączu w systemie DF4 o wadze 73g obok urządzenia w systemie DF1 o wadze 68g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Załącznik nr 2 do siwz – FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA–KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY 35J Z ELEKTRODĄ ICD DR; punkt 12 – Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące w systemie DF4 o długościach 49, 55, 62, 72, 97 cm obok elektrod defibrylujących w systemie DF1 52, 58, 65, 75, 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Załącznik nr 2 do siwz – FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA–KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY 35J Z ELEKTRODĄ ICD VR; punkt 3 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD DR o złączu w systemie DF4 o wadze 73g obok urządzenia w systemie DF1 o wadze 68g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Załącznik nr 2 do siwz – FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA–KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY 35J Z ELEKTRODĄ ICD VR punkt 10 – Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące w systemie DF4 o długościach 49, 55, 62, 72, 97 cm obok elektrod defibrylujących w systemie DF1 52, 58, 65, 75, 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
do Ekonomiki
Wojewódzkiego Szpitala Powiatowego
im. Jana Pawła II w Krosnie

mgr Piotr Czerwiński

9712330 Lek Antoni Walczak
specjalista chorób wewnętrznych
KARDIOLOG
38-411 Krosno, ul. Langiewicza 33a
tel. (0-13) 43 220 26

lg

DZIAŁ ZAMÓWIENI
PUBLICZNYCH I ZOPATRZENIA
mgr Daniel Nowak
Dzielnica
PUBLICZNYCH I ZOPATRZENIA
mgr inż. Joanna Mendocha
SPECIALISTA