

Krosno, dnia 7 października 2013 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/odrzuceniu oferty o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą akcesoriów do podawania środka kontrastowego do badań TK nr postępowania EZ/215/82/2013

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą stanowi oferta złożona przez Wykonawcę **Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze**
2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy NTM-MED Jolanta Krysiak, ul. Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3

Uzasadnienie:

Zamawiający w bieżącym postępowaniu w pkt 4 zał. nr 2 do siwz wymagał „Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,1mm oraz cząsteczkowym 5mm, specjalne wyżłobienie na kolcu min. 13 mm zakończone otworem umożliwiającym całkowite opróżnienie butelki. Przyrząd zakończony bezigłowym portem, niebieskie oznaczenie obudowy. Opakowanie folia/papier. Sterylny”.

W swej ofercie w poz. 4 Wykonawca zaoferował przyrząd RoweMed AG o numerze katalogowym A-6426 w klasie wyrobu medycznego IIa.

W dniu 20 września 2013 roku Wykonawca ten został wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających wymagane przez Zamawiającego parametry akcesoriów w poz. 2, 3 i 4 oraz do przedstawienia próbek zaoferowanych produktów.

W uzupełnionych próbkach (przyrząd producenta RoweMed – RoweSpike II 5µm) stwierdzono, iż Wykonawca zaoferował przyrząd zakończony standardowym portem z „klapką” podczas gdy Zamawiający oczekiwał przyrządu zakończonego bezigłowym portem.

Ponadto Wykonawca uzupełniając materiały katalogowe w poz. 4 wskazał iż zaoferował przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z butelek producenta SCW. Natomiast w zał. nr 2 wskazał iż producentem tego sprzętu jest RoweMed AG – co stanowi sprzeczność.

W związku z tym należy stwierdzić iż zostały uzupełnione dokumenty dotyczące innego produktu niż wskazane w zał. nr 2 co powoduje niezgodność zaoferowanego produktu z siwz.

3. Zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją przedstawia się następująco:

Wykonawca	Wartość brutto
ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek Ul. Kopernika 19a 28-100 Busko-Zdrój	197 264, 16 zł 81, 06% 81, 06 pkt
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS sp. z o.o. Ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	159 906, 96 zł 100% 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: cena 100%

4. Jednocześnie na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 Pzp informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp tj. faksem lub drogą elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli w postępowaniu udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczona żadnego wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, korzystając z przekazanego Państwu wraz z pismem druku – wzorca potwierdzenia na nr faksu 13 43 78 227 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu informując jednocześnie, że w zakresie pozostałych pakietów trwają dalsze prace nad oceną ofert.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński