

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU**

na zakup wraz z dostawą zestawów do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi
nr postępowania EZ/215/127/2013

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści w pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie:

- Silikonowy worek o pojemności 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona
- Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu
- Dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji
- Dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch (do wyboru przez Zamawiającego) z oddzielnie pakowanym przyrządem do przetaczania krwi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń zespołu pielęgniarskiego i lekarskiego w ramach umowy.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi kompatybilny z pompką podciśnieniową zasilaną akumulatorem oraz wyposażony w dwustopniowy system filtracji krwi 120/40 mikronów, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń zespołu pielęgniarskiego i lekarskiego w ramach umowy.

Pytanie 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej składającego się z:

- 2-ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y,
 - mieszka z uchwytem na kciuk i zastawką antyzwrotną o poj. 125ml, powodującym początkowy aktywny drenaż 65mmHg, pozwalający na automatyczne przejście na drenaż pasywny bez rozłączania systemu,
 - worka na krew o pojemności 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym filtrem krwi 200u.
- worka na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym

- specjalnym aparatem do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym 10u i z kłamrą do regulacji przepływu lub do wyboru filtr 40u z aktywną redukcją lipidów, leukocytów oraz białka C3, dostosowany do szybkich przetoczeń, zapewniający najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

Proponowany zestaw nie wymaga stosowania dodatkowych, zewnętrznych pomp. Zestaw który chcemy zaoferować od kilku lat jest stosowany z powodzeniem w Państwa jednostce i kilkudziesięciu klinikach w Polsce. Pragniemy również zwrócić uwagę, że system który pragniemy zaoferować może być stosowany jednocześnie u dowolnie dużej grupy pacjentów (nie istnieje ograniczenie ilości sprawnych pomp, braku zasilania, rozładowanych baterii itp.) a ponadto umożliwia aktywny, niskociśnieniowy drenaż ssący również w okresie poautotransfuzyjnym, w przeciwieństwie do opisanego systemu gdzie instrukcja obsługi jasno umożliwia jedynie drenaż bierny, co stanowi większe zagrożenie uformowania się krwiaka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń zespołu pielęgniarskiego i lekarskiego w ramach umowy.

Pytanie 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej składającego się z:

- 2-ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y,
- mieszka z uchwytem na kciuk i zastawką antyzwrotną o poj. 125ml, powodującym początkowy aktywny drenaż 65mmHg , pozwalający na automatyczne przejście na drenaż pasywny bez rozłączania systemu,
- worka na krew o pojemności 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym filtrem krwi 200u.
worka na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym
- specjalnym aparatem do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym 10u i z kłamrą do regulacji przepływu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń zespołu pielęgniarskiego i lekarskiego w ramach umowy.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiki i Inżynierii
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czaroliński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr Monika Koś

DZIAŁ ZAMÓWIEN
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr Zdzisław Nowak
sz. socjalista

PIELĘGNIARKA UDDZIAŁOWA
Oddziału Urazowo-Plastycznego

mgr Dorota Guśpiel
specjalistka ds. piel. chirurgicznego

Z-Ca DYREKTORA ds. LECZNICTWA
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie

lek. Marcin Paczosa

efhorde