

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korezyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-227, 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

EZ/215/93/2014

Krosno, dn. 14.07.2014

Do wszystkich uczestników postępowania
www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców oraz modyfikację siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą odczynników bakteriologicznych III-EZ/215/93/2014.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną, której zakres pracy wynosi od 20°C do 105°C?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 17.07.2014 roku, godziny pozostają bez zmian.

Z poważaniem:


Zastępca Dyrektora
Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

B. Skoczko


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr Apolonia Pehalska
specjalista

683364 mgr biologii Anna Dąbrowska
LABORATORYJNY

1