

Nr post. EZ/215/145/2014

Krosno, dnia 5 stycznia 2015 roku

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI
im. Jana Pawła II w Krosnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
tel./fax 013 43 78 215, 013 43 78 497
NIP 604-21-20-222, Regon 000308620

Do wszystkich uczestników postępowania
www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/odrzuconiu oferty/unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą staplerów chirurgicznych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą stanowi oferta złożona przez Wykonawcę:

Pakiet nr 1 – Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ul. Ilżecka 24, 02-135 Warszawa

Pakiet nr 2 – Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ul. Ilżecka 24, 02-135 Warszawa

Pakiet nr 3 – Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ul. Ilżecka 24, 02-135 Warszawa

Pakiet nr 5a – Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Pakiet nr 5b – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

2. Zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przedstawia się następująco:

Pakiet nr 1	
Wykonawca	Wartość brutto
Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. Ul. Ilżecka 24 02-135 Warszawa	39 528, 00 zł – 90 pkt Termin dostawy zamówień cząstkowych: 72 godziny – 0 pkt Łącznie 90 pkt

Pakiet nr 2	
Wykonawca	Wartość brutto
Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. Ul. Ilżecka 24 02-135 Warszawa	29 808, 00 zł – 90 pkt Termin dostawy zamówień cząstkowych: 72 godziny – 0 pkt Łącznie: 90 pkt

Pakiet nr 3	
Wykonawca	Wartość brutto
Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. Ul. Hżecka 24 02-135 Warszawa	44 064, 00 zł – 90 pkt Termin dostawy zamówień cząstkowych: 72 godziny – 0 pkt Łącznie 90 pkt

Pakiet nr 5a	
Wykonawca	Wartość brutto
Meditrade Poland sp. z o.o. Ul. Okopowa 56 kl. A 01-042 Warszawa	5 261, 76 zł – 85, 46 pkt Termin dostawy zamówień cząstkowych: 24 godziny – 10 pkt Łącznie: 95, 46 pkt
COVIMED sp. z o.o. Ul. Przelot 10 04-622 Warszawa	7 905, 60 zł – 56, 88 pkt Termin dostawy zamówień cząstkowych: 48 godzin – 5 pkt Łącznie: 61, 88 pkt
BERYL MED Ltd. 1 ST Floor 26 Fouberts Place, London, England Adres korespondencyjny w Polsce: Ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów	4 996, 08 zł – 90 pkt Termin dostawy zamówień cząstkowych: 48 godzin – 5 pkt Łącznie: 95 pkt
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS sp. z o.o. Ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	5 002, 56 zł – 89, 88 pkt Termin dostawy zamówień cząstkowych: 24 godziny – 10 pkt Łącznie: 99, 88 pkt
Aesculap Chifa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	5 961, 60 zł – 75, 42 pkt Termin dostawy zamówień cząstkowych: 48 godzin – 5 pkt Łącznie: 80, 42 pkt
Covidien Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa	15 759, 36 zł – 28, 53 pkt Termin dostawy zamówień cząstkowych: 72 godziny – 0 pkt

	Łącznie: 28, 53 pkt
--	---------------------

Pakiet nr 5b	
Wykonawca	Wartość brutto
Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. Ul. Hżecka 24 02-135 Warszawa	14 364, 00 zł – 31, 13 pkt Termin dostawy zamówień cząstkowych: 72 godziny – 0 pkt Łącznie: 31,13 pkt
Aesculap Chifa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	4 968, 00 zł – 90 pkt Termin dostawy zamówień cząstkowych: 48 godzin – 5 pkt Łącznie: 95 pkt

3. W zakresie pakietu nr 1 Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy Covidien Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w niniejszej sprawie nie zachodzi okoliczność opisana w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie: W załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu nr 1 Zamawiający wymagał zaoferowania jednorazowych staplerów liniowych wraz z uniwersalnymi ładunkami. W trakcie oceny ofert stwierdzono, że w załączonych materiałach katalogowych brak jest informacji dotyczących parametrów produktów zaoferowanych w tym pakiecie tj. staplerów liniowych GIA6038S, GIA6048S, GIA6038L, GIA6048L w związku z czym pismem z dnia 16 grudnia 2014 roku wezwano Wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów dotyczących tego asortymentu wyznaczając termin ich dostarczenia na 23 grudnia 2014 roku. Do wymaganego terminu Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów w związku z czym należy postanowić jak we wstępie

4. W zakresie pakietu nr 2 Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy Covidien Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie: W załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu nr 2 Zamawiający wymagał zaoferowania „Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. **Rozmiary staplera: 21, 25; 29, 33mm.**” W trakcie oceny ofert stwierdzono, że zaoferowane przez Wykonawcę staplery o numerach katalogowych 111981, 111985, 111987, 111989 posiadają rozmiary odpowiednio: **34 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm** co jest niezgodne z wymaganiami w tym zakresie co również Zamawiający potwierdził w wyjaśnieniach na zapytania Wykonawców z dnia 26 listopada 2014 roku w pytaniu nr 7 nie wyrażając zgody na

zaoferowanie staplerów w w/w rozmiarach w związku z czym należy postanowić jak we wstępie.

5. W zakresie pakietu nr 3 Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy Covidien Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie: W załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu nr 3 Zamawiający wymagał zaoferowania „Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. **Rozmiary staplera: 25; 29, 33mm.** W trakcie oceny ofert stwierdzono, że zaoferowane przez Wykonawcę staplery o numerach katalogowych 111981, 111985, 111987 posiadają rozmiary odpowiednio: **34 mm, 25 mm, 28 mm** co jest niezgodne z wymaganiami w tym zakresie co również Zamawiający potwierdził w wyjaśnieniach na zapytania Wykonawców z dnia 26 listopada 2014 roku w pytaniu nr 8 nie wyrażając zgody na zaoferowanie staplerów w w/w rozmiarach i o tych parametrach w związku z czym należy postanowić jak we wstępie.

6. W zakresie pakietu nr 4 Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy Covidien Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie: W załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu nr 4 poz. 2 Zamawiający wymagał zaoferowania „Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, **Rozmiar staplera 29 mm, Rozmiar staplera 33 mm** (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia)”. W trakcie oceny ofert stwierdzono, że zaoferowane przez Wykonawcę staplery o numerach katalogowych 111981, 111987 posiadają rozmiary odpowiednio: **28 mm i 34 mm** co jest niezgodne z wymaganiami w tym zakresie co również Zamawiający potwierdził w wyjaśnieniach na zapytania Wykonawców z dnia 26 listopada 2014 roku w pytaniu nr 9 nie wyrażając zgody na zaoferowanie staplerów w w/w rozmiarach i o tych parametrach w związku z czym należy postanowić jak we wstępie.

7. W zakresie pakietu nr 4 Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ul. Hłżecka 24, 02-135 Warszawa albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie: W załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu nr 4 poz. 1 Zamawiający wymagał zaoferowania „Zestaw do wykonywania niskich przednich resekcji składający się z: - jednorazowego zakrzywionego staplera okrężnego z automatycznym dociskiem, tkanki i łamanym niskoprofilowym kowadełkiem w rozmiarach 25, 29, 31 lub 33 mm zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości 4,8 mm; - jednorazowego staplera liniowego zamykającego z ruchomą w obydwie strony głowicą o długości linii szwu 55 mm, wysokość zszywki 4,8 mm. Kąt zgięcia szczęk instrumentu 120°, kąt obrotu trzonu 320°” a więc **zestawu składającego się z dwóch staplerów.** W trakcie oceny ofert stwierdzono, że

zaoferowane przez Wykonawcę staplery o numerach katalogowych CDH25A, CDH29A, CDH33A odpowiadają parametrom tylko jednego ze staplerów z zestawu a mianowicie jednorazowemu zakrzywionemu staplerowi okrężnemu w rozmiarach 25, 29, 31, natomiast Wykonawca nie zaferował w swojej ofercie jednorazowego staplera liniowego zamykającego z ruchomą w obydwie strony głowicą stanowiącego jeden z elementów wymaganego zestawu w związku z czym należy postanowić jak we wstępie.

8. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 4 albowiem nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
9. Jednocześnie na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 Pzp informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp tj. faksem lub drogą elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli w postępowaniu udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczona żadnego wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, korzystając z przekazanego Państwu wraz z pismem druku – wzorca potwierdzenia na nr faksu 13 43 78 216 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

Z poważaniem

ZASTĘPCA WYKONAWCY
DR. KRZYSZTOF JACOB
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Józefa Piłsudskiego w Krosnie
mgr Piotr Gieroch