

Do wszystkich uczestników postępowania  
[www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl)

**Zawiadomienie o odrzuceniu oferty/unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą staplerów chirurgicznych**

1. W zakresie pakietu nr 1 Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ul. Hłzecka 24, 02-135 Warszawa albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie: W załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu nr 1 poz. 1 Zamawiający wymagał zaoferowania „Zestaw do wykonywania niskich przednich resekcji składający się z:  
- jednorazowego zakrzywionego staplera okrężnego z automatycznym dociskiem tkanki i łamanym niskoprofilowym kowadelkiem w rozmiarach **25, 29, 31 lub 33 mm** zszywki obustronnie spłaszczony na całej długości **4,8 mm**; - jednorazowego staplera liniowego zamykającego z ruchomą w obydwie strony głowicą o długości linii szwu 55 mm, wysokość zszywki 4,8 mm. Kąt zgięcia szczęk instrumentu 120°, kąt obrotu trzonu 320°”. W trakcie oceny ofert stwierdzono, że zaoferowane przez Wykonawcę staplery o numerach katalogowych CDH25A, CDH29A, odpowiadają parametrom staplerów z zestawu a mianowicie jednorazowemu zakrzywionemu staplerowi okrężnemu w rozmiarach 25, 29, natomiast Wykonawca nie zaoferował w swojej ofercie rozmiarów 31 i 33. Ponadto jak wynika z dołączonych do oferty materiałów katalogowych wysokość zszywki w zaoferowanych staplerach wynosi 47 mm a nie jak wymagał Zamawiający 48 mm, w związku z czym należy postanowić jak we wstępie.

2. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 1 albowiem nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
3. W zakresie pakietu nr 2 Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ul. Hłzecka 24, 02-135 Warszawa albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie: W załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu nr 2 poz. 1 Zamawiający wymagał zaoferowania staplerów o rozmiarach 29, 31, 33 mm oraz jednorazowego staplera zamykająco-tnącego z zakrzywioną głowką. W trakcie oceny ofert stwierdzono, że Wykonawca nie dołączył materiałów katalogowych dotyczących staplera w rozmiarze 31 w związku z czym w dniu 25 lutego został wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia brakujących dokumentów, czego w wymaganym terminie nie uczynił w związku z czym należy postanowić jak we wstępie.

4. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 2 albowiem nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, korzystając z przekazanego Państwu wraz z pismem druku – wzorca potwierdzenia na nr faksu 13 43 78 216 lub e-mailem na adres: [sezam.szpital@krosno.med.pl](mailto:sezam.szpital@krosno.med.pl)

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO  
im. Jana Pawła II w Krośnie

  
mgr Piotr Czerwiński