

Krosno, dnia 29 czerwca 2015 roku

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
tel./fax 013 43 78 215, 013 43 78 497
NIP 004-21-20-222; REGON 000308620

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą różnych narzędzi i sprzętów medycznych
Nr postępowania EZ/215/68/2015**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dotyczy: pakiet nr 10 poz. 2. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie z jakim źródłem światła ma być kompatybilny światłowód

Odpowiedź: Ze źródłem światła firmy Stryker.

Pytanie 2. Pakiet nr 1. Czy zamawiający dopuści do postępowania imadło z wkładką z węgliku wolframu, delikatnie radełkowane 0,2mm bardzo delikatne dł. 18mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3. Pakiet nr 2. Czy zamawiający dopuści do postępowania jako równoważne wzierniki typu Hartmann o średnicach: 4mm, 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4. Pakiet nr 6. Czy zamawiający dopuści do postępowania w pozycji nr 1 kleszcze o długości roboczej 85mm spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5. Pakiet nr 8. Proszę o określenie typu diatermii ERBE posiadanej przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Erbe AC450.

Pytanie 6. Pakiet nr 9. Proszę o dopuszczenie do postępowania łopatkę laparoskopowej o długości 330mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7. Pakiet nr 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania światłowód o średnicy 4,8mm spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 2: czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne typu Hartmann o średnicach: 3,5mm, 5,0mm, 6,5mm, 8,0mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr 2: prosimy o wyłączenie pozycji „Balon Polizera” do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu nr 6, pozycja nr 2: czy Zamawiający dopuści kleszcze opatrunkowe uszne typu Hartmann, smukłe, dł. robocza 5,5cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11. Dotyczy pakietu nr 9: czy Zamawiający dopuści wielorazową łopatkę laparoskopową jednobiegunową kompatybilną z koagulacją Erbe, dł. 34cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12. Dotyczy pakietu nr 11, pozycja nr 1: czy Zamawiający dopuści płaszcz artroskopowy, średn. 6,0mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13. Dotyczy pakietu nr 11, pozycja nr 2: czy Zamawiający dopuści obturator do płaszcza 6,0mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14. Dotyczy pakietu nr 13, pozycja nr 1: prosimy aby Zamawiający doprecyzował jakiego narzędzia oczekuje.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 7 i 8, ponieważ należą one do innej kategorii produktów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16. Pakiet nr 5. Czy Zamawiający w poz. 10 ma na myśli 2 komplety (kpl. = 4 szt.) elektrod kończynowych, gdyż taki asortyment oferują producenci?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17. Czy Zamawiający w poz. 11 ma na myśli 2 komplety (kpl. = 6 szt.) elektrod przedsercowych, gdyż taki asortyment oferują producenci?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18. Pakiet nr 11 - zakup wraz z dostawą płaszcz artroskopowego i obturatora. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania jako rozwiązania równoważnego: Płaszcz

artroskopowy z przepływem, z dwoma zaworami, średn. 6,5 mm, bez końcówki zabezpieczającej optykę przed uszkodzeniem, spełniający pozostałe parametry techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą lampy czołowej ze źródłem światła do zabiegów laryngologicznych. Czy zamawiający dopuści lampę o wy_szych parametrach :

- Rodzaj oświetlenia: LED
- Moc: 3W
- Intensywność oświetlenia: 40 000Lux
- Temperatura barwowa: 6 000K
- Sugerowana odległość robocza: 420mm
- Wielkość plamki (mm): 10 – 110
- Czas pracy: do 4h
- Żywotność diody: 50,000h
- Waga: 280g
- Regulowana wielkość plamy oświetlenia
- Regulacja intensywności oświetlenia
- Możliwość doczepienia lup powiększających
- Dodatkowy akumulator w zestawie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20. Pakiet nr 1, poz. 1. Jakiego typu imadła oczekuje Zamawiający (np. Mayo-Hegar, Mathieu, inne)? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Mayo-Hegar.

Pytanie 21. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje 7 i 8 z pakietu nr 5?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22. Pakiet nr 2. Wzierniki uszne 7,5 mm zamiast 7 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23. Balon Politzera w zestawie z 3 oliwkami: śr. 15 mm, 17 mm, 22 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24. Pakiet nr 11, poz. 1 i 2. Płaszcz i obturator o śr. 5,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25. Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26. Pakiet nr 1. Zakup wraz z dostawą imadeł oraz uchwytów do ostrza. Czy zamawiający

wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1 z dostawą do 30 dni licząc od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27. Alternatywnie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na modyfikację wzoru umowy w zakresie par. 5 pkt. 1 ppkt 1) na następujące brzmienie:

- 1) Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniej niż 20 zł).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28. Pakiet nr 7. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę bez otworu w rozmiarze 50x50 cm lub 45 x 75 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 29. Pakiet nr 7, poz. 3. Czy można zaoferować pean prosty w rozmiarze 12,5 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 30. Pakiet nr 7, poz. 6. Czy można zaoferować nożyczki opatrunkowe pakowane po a'20 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 31. Pakiet nr 7 poz. 8. Czy można zaoferować nożyczki ostro tępe w rozmiarze 14,5 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 32. Pakiet 7 poz. 1. Czy zamawiający dopuści zestaw w składzie:

Serweta z laminatu FB, 45x75 cm – 1 szt

Serweta z laminatu FB z otworem i przylepcem wokół otworu, 50x60 cm śr. 8 cm – 1 szt

Tupfer kula 17N – 20 x 20 cm – 3 szt

Kompresy włókninowe 30g/m² – 7,5 x 7,5 cm – 5 szt

Pęseta plastikowa – 13 cm – 1

Pęseta metalowa chirurgiczna – 12 cm – 1

Imadło metalowe – 13 cm – 1

Nożyczki metalowe ostro-ostre – 11 cm – 1

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza:

Serweta z laminatu FB, 45x75 cm – 1 szt

Serweta z laminatu FB z otworem i przylepcem wokół otworu, 50x60 cm śr. 8 cm – 1 szt

Tupfer kula 17N – 20 x 20 cm – 3 szt

Zamawiający nie dopuszcza

Kompresy włókninowe 30g/m² – 7,5 x 7,5 cm – 5 szt

Pęseta plastikowa – 13 cm – 1

Pęseta metalowa chirurgiczna – 12 cm – 1

Imadło metalowe – 13 cm – 1

Nożyczki metalowe ostro-ostre – 11 cm – 1

Pytanie 33. Pakiet nr 7, poz. 3. Czy zamawiający dopuści pean o długości 14 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 34. Pakiet nr 7 poz. 5. Czy zamawiający może określić czy wymaga imadła metalowego czy plastikowego?

Odpowiedź: Wymaga imadła metalowego.

Pytanie 35. Pakiet nr 7 poz. 5. Czy zamawiający dopuści imadło 15 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36. Pakiet nr 7, poz. 6. Czy zamawiający dopuści nożyczki o długości 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37. Czy za dni robocze zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjąkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 38. Par. 5. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 39. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR i USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński

DZIAŁ ZAMÓWIENI
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha
st. specjalista

ORDYNATOR ODDZIAŁU OTORYNO-LARYNGOLOGII
I OTOLOGII
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
dr. H. med. Tomasz Szepiński
specjalista otorynolaryngologii