

Krosno, dnia 30 lipca 2015 roku

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI
im. Jana Pawła II w Krośnie
ul. Korczyńska 57
35-400 Krosno
tel./fax 013 43 78 215, 013 43 78 497
#11 664-21-20-22; Regon 000308620

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania Wykonawców w postępowaniu na przegląd okresowy diatermii użytkowanych przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym oraz innych jednostkach szpitala – nr postępowania EZ/214/53/2015

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z całości i utworzenie osobnego pakietu dla diatermii:

ACC 450 sn A1840
ACC450 sn A1723
ACP 300 sn B2846
ICC 300 sn F1094
VIO 300 D 11337507
ICC 300 sn E1134
VIO 300D sn 11303430
ICC 300 sn E1265
Diasapsutom sn A1260
ICC Bipolar sn B1001
VIO 200D/APC 2 sn 11268142/11273679
ICC 200 sn C1609
ICC 200 sn D1340 (10128010)
VIO 300D sn 11324338
APC 300 sn B2360

Pozwoli to na złożenia oferty przez autoryzowany serwis producenta w/w diatermii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę I modyfikuje zapytanie ofertowe w powyższym zakresie.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerniakowski

DZIAŁ ZAMÓWIENI
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha
st. specjalista

KIEROWNIK
sekcji Naprawy Sprzętu Medycznego

Ferdynand Wojtaszek