

Krosno, dnia 25.11.2015 roku

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI
im. Jana Pawła II w Krośnie
40-107 Krosno, ul. Korczyńska 57
Biuro Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
t. / fax 013 43 78 215, 013 43 70 497
NIP 664 91-20-222, Regon 000308620

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii
Nr postępowania EZ/215/113/2015**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, sterylnych zestawów do zakładania gastrostomii 20Fr metodą endoskopową „ciągnij” silikonowy cewnik dł.30 cm, od końca dystalnego podziałka co 2 cm na długości 10 cm, śr.wew.4,47 mm. W skład zestawu wchodzi tacka z akcesoriami: prowadnik do przeciągania cewnika 150 cm, pętla do przeciągania zestawu, igła typu trokar, nożyczki, skalpel, nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki bez otworu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dla ofert dopuści zaoferowanie zestawu do przezskórnej endoskopowej gastrostomii rozmiar 24F, średnica wewnętrzna 5,5 mm, cewnik przezroczysty 80 cm z pasem znacznika widoczny w RTG, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński

1

BIURO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha
st. specjalista

Beata Kolon

Lekarz Witold Chajec
SPECJALISTA CHIRURG
5628843