

Krosno, dnia 14.03.2016 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup i dostawę osprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych - Nr postępowania
EZ/215/30/2016**

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dot. pakietu nr 5. Czy Zamawiający wymaga włókien homologowanych przez producenta lasera?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. Pakiet 6. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet wykonane z dwuwarstwowego chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona (dostępna także niebieska) osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o min. gram. 40 g/m².
- 1 serweta główna z wycięciem „U”- 125x150cm z samoprzylepnym wycięciem (wymiary wycięcia 6,5x40cm)
- 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 200x200cm
- 1 serweta samoprzylepna 75x75cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3. Pakiet 8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie zestawu serwet wykonane z chłonnego dwuwarstwowego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3cm.

- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4. Pakiet 9. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9 możliwości zaoferowania igieł biopsyjnych do tkanek miękkich w rozmiarze 16G/150mm lub 16Gx90 mm lub 16Gx200 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 16Gx150 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 5. Dot. pakietu nr 3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zaoferowane dreny histeroskopowe mają współpracować z pompą histeroskopową Hamou Endomat?

Odpowiedź: Dreny mają być kompatybilne z pompą histeroskopową firmy Stryker.


Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści opakowanie, które zawiera 10 sztuk, gdyż tylko tak producent pakuje swoje wyroby? Jeżeli tak to prosimy o korektę ilości oraz opisu w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym – załączniku nr 2 dla pakietu nr 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający określa swoje zapotrzebowanie na 300 szt lub 30 opakowań po 10 sztuk w każdym.

Pytanie 7. Pakiet nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści półautomatyczną igłę biopsyjną do tkanek miękkich z regulowaną głębokością penetracji 10 mm lub 20 mm, rozmiar 16Gx150 mm lub 16Gx200 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 16Gx150 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 8. PAKIET NR 6. Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laryngologii wykonanego z włókniny spełniającej wymogi SIWZ o poziomie nieprzemakalności ≥ 200 cm H₂O i następującym składzie:



Zestaw do otolaryngologii


Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy	140 x 160
1 serweta z samoprzylepnym otworem (Ø10 cm)	250 x 170
1 ręcznik celulozowy	30 x 33
Opakowanie dodatkowe - papier krepowy	

Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

LUB

Zestaw w następującym składzie:



Zestaw do małych operacji

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 samoprzylepny serweta operacyjna z otworem (ø 14,5 cm)	200 x 240
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	30 x 33

Miejsca wykropkowane: obszary wzmocnione

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

[Handwritten signature]

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
Im. Jana Pawła II w Krośnie
[Signature]
mgr Piotr Czerwiński

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. *[Signature]* Mendocha
st. specjalista

[Handwritten mark]