

Krosno, dnia 28 czerwca 2016 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENÍ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU**


**na zakup wraz z dostawą manipulatorów do techniki „Stop and Chop” w zabiegach
fakoemulsyfikacji na potrzeby Oddziału Okulistycznego
Nr postępowania EZ/214/67/2016**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje
treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści manipulator o długości całkowitej 125 mm?

Odpowiedź: Nie.

**UWAGA!!! Zamawiający informuje Wykonawców, iż manipulator musi być wykonany ze
stali nierdzewnej.**

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czerwiński

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA


mgr inż. Joanna Mendocha
st. specjalista

