

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 30.06.2016

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu na dostawę spirometru dla Oddziału Dziecięcego nr postępowania EZ/214/64/2016.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny, ultradźwiękowy spirometr, który działa w oparciu o tzw. efekt Dopplera o poniższych funkcjach i parametrach technicznych:

- automatyczna kalibracja
- niewrażliwy na środowisko zewnętrzne
- automatyczna kontrola jakości, wychwytuje błędy w technice wykonanej spirometrii i pomaga je skorygować – oryginalna skala A do F
- pomoc w interpretacji wyników
- głowica/ spireta 100% higieny
- ustnik uniwersalny dla dorosłych i dla dzieci
- dokładność pomiaru: objętość: $\pm 2\%$ lub 0,050l; przepływ: $\pm 2\%$ lub 0,020l/s oprócz PEF,
- PEF: $\pm 5\%$ lub 0,200 l/s; MVV: $\pm 5\%$ lub 5 l/min,
- zakres pomiaru: objętość: ± 12 l; przepływ: ± 16 l/s
- spełniający normy: GLI2012, ERS/ECCS, Austria88, NHANESIII, Knudson83, Knudson76, Crapo, Morris71, Roca, Berglund, Gulsvik, Hedenstroem, Gore et al., SAPALDIA, Canadian04, Ethiopia85, Chile, Langhammer, Stanojevic09, PLATINO06, Padilla01, Klement, Falaschetti04.

Normy pediatryczne:

Zapletal, Zapletal03, Hibbert et al., Polgar, Eigen, Rosenthal, Vilozni, Nystad, Mexiko03, Dockery, Hsu

- gwarancja 5 lat

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem
Krzysztof Czerwiński
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński