

Pytanie 7. Dotyczy wzoru umowy, par. 5 ust. 1 ppkt 2): czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji do 2% wartości zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Nie.


Pytanie 8. Dot. wzoru umowy, par. 5 ust. 1 ppkt 2). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do podpunktu 1) następującego zapisu: „(...) ale nie więcej niż 10% wartości umowy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9. Dot. załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający jako kleszcze (pancz) do kruszenia kamieni w pęcherzu moczowym (do litotrypsji) rozumie kompletny zestaw składający się z optyki, kleszczy typu punch oraz osłon zewnętrznej i wewnętrznej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kleszczy (pancz) do kruszenia kamieni w pęcherzu moczowym, narzędzie powinno być kompatybilne z zestawem do cystoskopii firmy Storz (nr katalogowy urządzenia 27074B Karl Storz (LOT RW4, LOT TV01).

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
DZIAŁU ZAMÓWIEN
WOJEWÓDZKIEGO CENTRALNEGO KARTAFACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czerwiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

DZIAŁ ZAMÓWIEN
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha
st. specjalista

