

Krosno, dnia 17 listopada 2016 roku

Wojewódzki Szpital Pochodzący,  
ul. Jana Pawła II 10, 35-100 Krosno  
Krosno, dnia 17 listopada 2016 roku  
Czytelność: 0,12  
Kod pocztowy: 35-100  
Kod kraju: PL

Do wszystkich uczestników postępowania  
(www.krosno.med.pl)


**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENÍ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  
W POSTĘPOWANIU  
na zakup wraz z dostawą kardiowerterów-defibrylatorów  
Nr postępowania EZ/215/84/2016**


Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Pakiet nr 1, kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35Jz elektrodą ICD VR – 28 sztuk (w tym 100% MRI, 30% diagnostyka MP). Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie charakteryzujące się żywotnością powyżej 9 lat przy 50% stymulacji w trybie VVI, 2 ładowaniach w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5[V]; 0,4[ms]?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem  
DIREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Pochodzącego  
im. Jana Pawła II w Krosnie  
  
dr inż. Piotr Lenik

  
DZIAŁ ZAMÓWIENÍ  
PUBLICZNYCH ZAPOATRZENIA

  
mgr inż. Joanna Mendocha  
st. specjalista