

Krosno, dnia 6 kwietnia 2017 roku

Do wszystkich uczestników postępowania  
([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl))

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  
W POSTĘPOWANIU  
na zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych na potrzeby Oddziałów i Poradni Szpitalnych  
Nr postępowania EZ/215/28/2017**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Pytanie do Pakietu 5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 5 nici o okresie podtrzymywania węzła min 75% po 2 tygodniach przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 2. do Pakietu 5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 5 w pozycji 5 igły wzmocnionej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 3. do Pakietu 6. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 nici o okresie podtrzymywania węzła min 75% po 2 tygodniach przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.1 również na igłę o długości 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.7 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.9 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna” z nicią o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem saszetek.**

Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.9 również na igłę kosmetyczną o długości 16mm z nicią 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem saszetek.**

Pytanie 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.10 również na igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.11 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.11 również na igłę kosmetyczną o długości 26mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.12 również na igłę o długości 12mm z nicią 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.12 również na igłę o długości 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.13 również na igłę o długości 24mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.13 również na grubość nici 3-0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.14 również na igłę o długości 24mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.14 również na grubość nici 3-0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.15 również na igłę o długości 12mm, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.15 również na igłę kosmetyczną o długości 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.17 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.18 również na igłę o długości 12mm, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 poz.18 również na igłę kosmetyczną o długości 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 22. Pakiet 4, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 23. Pakiet 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 12mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 24. Pakiet 7, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 25. Pakiet 7, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 26. Pakiet 7, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna” z nitką o długości 45cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 27. Pakiet 7, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm z nitką o długości 45cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek.**

Pytanie 28. Pakiet 7, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 29. Pakiet 7, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm z nitką o długości 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 30. Pakiet 7, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 31. Pakiet 7, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 12mm z nitką o długości 45cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek.**

Pytanie 32. Pakiet 7, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 33. Pakiet 7, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 34. Pakiet 7, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna” o długości 12mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 35. Pakiet 7, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 36. Pakiet 7, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 37. Pakiet 7, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna” o długości 12mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 38. Pakiet 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z poliestru?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 39. Pakiet 1 poz. 2. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwów plecionych, syntetycznych, niewchłaniających, poliestrowych, powlekanych silikonem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 40. Pakiet 1 poz. 5. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nici syntetyczne powleczone, z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, o podtrzymywaniu węzła po 2 tygodniach ok. 75%, po 3 tygodniach ok. 50%, po 4 tygodniach ok. 25%, pozostałe parametry materiału szewnego bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 41. Pakiet 1 poz. 6. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podanie długości igły.

**Odpowiedź: 6,5 mm**

Pytanie 42. Pakiet 2. Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści nici syntetyczne wytwarzane z kwasu glikolowego i mlekowego, powleczone mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu węzła po 2 tygodniach ok. 75%, po 3 tygodniach ok. 50%, po 4 tygodniach ok. 25%, pozostałe parametry materiału szewnego bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 43. Pakiet 5. Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści nici syntetyczne wytwarzane z kwasu glikolowego i mlekowego, powleczone mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu węzła po 2 tygodniach ok. 75%, po 3 tygodniach ok. 50%, po 4 tygodniach ok. 25%, okres całkowitego wchłonięcia 60-70 dni?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 44. Pakiet 5 poz. 1, 4. Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 45. Pakiet 5 poz. 1. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści materiał szewny z igłą o długości 30 mm?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 46. Pakiet 5 poz. 4. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści materiał szewny z igłą o długości 37 mm?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 47. Pakiet 6. Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści nici syntetyczne wytwarzane z kwasu glikolowego i mlekowego, powleczone mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu węzła po 2 tygodniach ok. 75%, po 3 tygodniach ok. 50%, po 4 tygodniach ok. 25%, okres całkowitego wchłonięcia 60-70 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 48. Pakiet 6 poz. 1-3, 5-6. Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści materiał szewny z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 49. Pakiet 6 poz. 6. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą mocną bez określenia „rozwarstwiająca”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 50. Pakiet 6 poz. 7. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści materiał szewny z igłą o długości 30 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 51. Pakiet 6 poz. 7. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści materiał szewny z nitką o długości 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 52. Pakiet nr. 5 Czy zamawiający dopuści Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i mlekowego, powlekany mieszaną kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Okres podtrzymywania tkankowego 28- 35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. O pierwotnej zdolności zbliżania tkanek według norm USP/EP bezpośrednio po wszczepieniu 140%, o podtrzymywaniu w węźle 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach od wszczepienia.

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 53. Pakiet 5 Poz 1. Czy zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 30mm pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów oraz składu nici z pytania 52 dotyczącego tego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szew z igłą okrągłą 30 mm.**

Pytanie 54. Pakiet 5 POZ 2. Czy zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną 26mm pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów oraz składu nici z pytania 52 dotyczącego tego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szew z igłą okrągłą przyostrzoną 26 mm.**

Pytanie 55. Pakiet 5 Poz 4. Czy zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną 37 mm pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów oraz składu nici z pytania 52 dotyczącego tego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szew z igłą okrągłą przyostrzoną 37 mm.**

Pytanie 56. Pakiet 5 Poz 6 i 7. Czy zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 26mm i długości nici 75cm pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów oraz składu nici z pytania nr 52 dotyczącego tego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szew z igłą okrągłą 26 mm i długości nici 75 cm.**

Pytanie 57. Pakiet nr. 5 Czy zamawiający dopuści Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i mlekowego, powlekane mieszką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Okres podtrzymywania tkankowego 28- 35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. O pierwotnej zdolności zbliżania tkanek według norm USP/EP bezpośrednio po wszczepieniu 140%, o podtrzymywaniu w węźle 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach od wszczepienia.

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 58. Pakiet 6 Poz:1,2,3,5,6, Czy zamawiający dopuści szwy z igłą okrągłą pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów oraz składu nici z pytania nr 6 dotyczącego tego pakietu.

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 59. Pakiet 6. Poz 7 Czy zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 30mm i długości nici 75cm pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów oraz składu nici z pytania nr 6 dotyczącego tego pakietu?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 60. Pakiet 7 Poz 1 Czy zamawiający dopuści szew z igłą 12 mm spełniający pozostałe wymagania zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 61. Pakiet nr 7 Poz 9 Czy zamawiający dopuści szew z igłą 13mm spełniający pozostałe wymagania zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 62. Pakiet nr 7 Poz 14. Czy zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm spełniający pozostałe wymagania zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 63. Pakiet nr 7 Poz 17. Czy zamawiający dopuści szew o długości 75cm spełniający pozostałe wymagania zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 64. Par. 5 ust. 1 a,b. prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- a) Za zwłokę w dostarczeniu towaru oraz wymianie wadliwego towaru na wolny od wad w wysokości 2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką (jednak nie mniej niż 50 zł –



za każdy dzień zwłoki)

- b) Za rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości niewykorzystanego wzoru umowy.


**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany par. 5 ust. 1 ab wzoru umowy.**

Termin składania ofert: 12 kwiecień 2017 roku godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 12 kwiecień 2017 roku godzina 10:15

Termin wniesienia wadium: 12 kwiecień 2017 roku godzina 10:00

Z poważaniem

  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Os. Ekonomicznych  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PONKARPACKIEGO  
ul. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Piotr Czerwiński

