

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 11.04.2017

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu **na zakup wraz z dostawą soczewek wewnątrzgałkowych** Nr sprawy: EZ/215/26/2017.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 4, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji soczewkę o zakresie dioptrażu od +6,0 D do + 27,0 D do implantacji przez cięcie 2,2 mm oraz soczewkę o zakresie dioptrażu od +27,5 D do +40,0 D do implantacji przez cięcie przez port większy niż 2,4 mm (**ze względu na większą grubość soczewki spowodowaną wyższą mocą**) przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Pragniemy jednak podkreślić iż wielkość cięcia jest wartością rekomendowaną przez Producenta, ale ostateczna decyzja zależy od techniki operacyjnej chirurga i techniki wszczepu soczewki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem
Krzysztof Czerwiński
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński