

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia  
Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497  
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 13.04.2017

Do wszystkich uczestników postępowania  
([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu na zakup jednorazowy narzędzi wielorazowego użytku dla Oddziału Okulistycznego nr postępowania EZ/214/33/2016.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści w poz nr 1 igłotrzymacz zagięty, długość końcówek 7 mm, długość całkowita 125 mm, tytanowy?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści w poz nr 2 nożyczki chirurgiczne odgięte długość ostrzy 24 mm, długość całkowita 85 mm, stalowe?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści w poz nr 3 nożyczki vannas zagięte, długość ostrzy 5 mm, długość całkowita 97 mm, tytanowe?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści w poz nr 4 pęsetę anatomiczną, długość części roboczej 10 mm, końcówka 6 mm, długość całkowita 110 mm, tytanowa?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz nr 5 igłotrzymacz, zagięty, długość końcówek 7 mm, długość całkowita 108 mm, tytanowy?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści w poz nr 6 pęsetę Colibri 0.12 mm 1x2 ząbki, długość części roboczej 6 mm, długość całkowita 88 mm, tytanowa?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7: Lp.1. Prosimy o dopuszczenie igłotrzymacza mikrochirurgicznego o dł. 120 lub 130 mm. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzia z zamkiem czy bez zamka  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ , Zamawiający wymaga narzędzia bez zamka.

Pytanie nr.8: Lp. 2. Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 105 mm.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr. 9: Lp. 3. Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 75 mm. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek zagiętych kątowo czy po łuku.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga nożyczek zagiętych po łuku.

Pytanie nr. 10. Lp. 4. Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 100 mm.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr.11. Lp. 5. Prosimy o dopuszczenie igłotrzymacza mikrochirurgicznego o dł. 115 mm. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzia z zamkiem czy bez zamka.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga narzędzia bez zamka.

Pytanie nr 12.Lp. 6. Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 70 mm. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzia o szer. Szczeki 0,2 czy 0,4 mm  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga PINCETA COLIBRI DŁ 75MM,3”.

Pytanie nr. 13. Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści nożyczki o dł.115mm, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr. 14.Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści nożyczki o dł.84mm, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr. 15. Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści pincetę o dł.109mm, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr. 16. Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści igłotrzymacz o dł. 115mm, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr. 17.Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści pincetę o dł. 77mm, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA POKARPACKIEGO  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Piotr Czerwiński