

Krosno, dnia 29 maja 2017 roku

WOJEWODZKI SZPITAL PODKARPACKI
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
tel./fax 013 43 78 215, 013 43 78 497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji
Nr postępowania EZ/215/41/2017**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1-17) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z fałdą o szerokości fałdy 35mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający w poz. 16 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z fałdą o szerokości fałdy 70mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający w poz. 17 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z fałdą o wymiarach 400mm x 80mm x 100mm, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5. Pakiet 1. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania normy PN EN 868-2 w przypadku rękawów foliowo-papierowych, gdyż norma ta dotyczy papieru krepowanego i włókniny, a nie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełniania normy PN EN 868-5.

Pytanie 6. Dotyczy pakietu nr 1: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania normy PN EN 868-4 w przypadku rękawów foliowo-papierowych, gdyż norma ta dotyczy torebek papierowych do sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełniania normy PN EN 868-5.



Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie taśmy wskaźnikowej (Poz. 7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny wskaźnik chemiczny procesu sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnej taśmy o szerokości 18mm i długości 55mb?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9. Dot. pakietu nr 1 poz. 11. Czy w miejsce rękawa o wymiarze 75mmx30mmx100m Zamawiający dopuści rękaw 75mmx45mmx100mb?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 12. Czy w miejsce rękawa o wymiarze 100mmx40mmx100m Zamawiający dopuści rękaw 100mmx50mmx100mb?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11. Dot. pakietu 1 poz. 13. Czy w miejsce rękawa o wymiarze 150mmx50mmx100m Zamawiający dopuści rękaw 150mmx55mmx100mb?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12. Dot. pakietu 1 poz. 14. Czy w miejsce rękawa o wymiarze 200mmx50mmx100m Zamawiający dopuści rękaw 200mmx60mmx100mb?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13. Dot. pakietu 1 poz. 15. Czy w miejsce rękawa o wymiarze 250mmx60mmx100m Zamawiający dopuści rękaw 250mmx65mmx100mb?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14. Dot. pakietu nr 1 poz. 16. Czy w miejsce rękawa o wymiarze 300mmx60mmx100m Zamawiający dopuści rękaw 300mmx70mmx100mb?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15. Dot. pakietu 1 poz. 17. Czy Zamawiający dopuści rękaw o długości 100mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16. Dot. pakietu 1 poz. 1-17. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie rękawów posiadających folię 5-warstwową.



Odpowiedź: Nie.

Pytanie 17. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 19-20. Czy Zamawiający dopuści papier zielony oraz biały pakowany oddzielnie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18. Dotyczy wzoru umowy par. 5 ust. 1 pkt. A. zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego minimalnej wysokości kary za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 50, 00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19. Pakiet 1., poz. 17: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw o długości 100 mb na roli z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego? Prosimy o informację czy niepełne ilości po przeliczeniu zaokrąglić w górę czy w dół. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Niepełne ilości proszę zaokrąglić w górę.

Pytanie 20. Pakiet 1, poz. 19-20. Prosimy o dopuszczenie papieru jednolicie pakowanego w te sam kolory: zielony i biały. Oferent wyceni połowę wymaganych opakowań w kolorze białym i połowę w kolorze zielonym.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21. Pakiet 2: Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny testy konfekcjonowane w opakowaniach 480 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego? Prosimy o informację czy niepełne ilości po przeliczeniu zaokrąglić w górę czy w dół.

Odpowiedź: Tak. Niepełne ilości proszę zaokrąglić w górę.

Pytanie 22. Pakiet 2. Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do oceny testy konfekcjonowane w opakowaniach 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23. Pakiet 2. Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie przyrządu PCD zgodnego z opisem SIWZ do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie z wbudowaną węzownicą. Uzasadnienie: Zgodnie z treścią normy EN 285 dotyczącej dużych sterylizatorów, test Bowie-Dicka powinien sprawdzać zdolność penetracji pary, przede wszystkim, przez wsad porowaty, natomiast przyrząd opisany przez Zamawiającego jest urządzeniem symulującym tylko wsad rurowy. Taki test można traktować jako dodatkowa kontrola, natomiast prawidłowy test Bowie-Dicka powinien zawierać głównie symulator wsadu porowatego i właśnie dlatego na rynku dostępne są różnego rodzaju inne rozwiązania, jak np. zestaw przyrząd PCD + testy dedykowane dla tego rodzaju kontroli sterylizatora czy też najbardziej standardowy - jednorazowy pakiet ze wskaźnikiem umieszczonym pomiędzy warstwą papieru.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 24. Pakiet 2. Poz. 6. Nawiązując do powyższego pytania, prosimy o dopuszczenie zestawu do testu typu Bowie-Dick składającego się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego



niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134°C/3,5 min z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 25. Pakiet 2. Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści do oceny taśmy konfekcjonowane po 50 mb na rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26. Pakiet 2. Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści do oceny taśmy konfekcjonowane po 50 mb na rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 27. Pakiet 2. Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki zgodne z opisem SIWZ pakowanych po 250 szt. podwójnych testów z wyraźnie zaznaczoną linię wskazującą miejsce przecięcia testu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 28. Pakiet 2. Poz. 13. Czy Zamawiający dopuści do oceny test zgodny z opisem SIWZ z substancją testową umieszczoną na pasku z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 29. Pakiet 2. Poz. 14. Czy Zamawiający dopuści do oceny test zgodny z opisem SIWZ z substancją testową umieszczoną na pasku z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 30. Pakiet 2. Poz. 15. Czy Zamawiający dopuści do oceny testu spełniającego opis SIWZ w formie nieprzylepnego paska, który w prosty sposób można przykleić lub przymocować do arkusza papieru w celu jego archiwizacji?

Odpowiedź: Tak.


Pytanie 31. Pakiet 2. Poz. 16. Czy Zamawiający dopuści do oceny matę zgodną z opisem SIWZ o wymiarach 450 x 330 mm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 32. Pakiet 2. Poz. 17. Czy Zamawiający dopuści do oceny matę zgodną z opisem SIWZ o wymiarach 500 x 300 mm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 33. Pakiet 2. Poz. 19. Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu. Przy takiej konstrukcji zadania, możliwość przystąpienia do przedmiotowego postępowania ma tylko jedna firma – Informer-MED., co jest niezgodne z podstawowymi zasadami Prawa Zamówień Publicznych – tj. zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania



potencjalnych Oferentów. Tym samym Zamawiający naraża się na wysokie koszty pozostałych materiałów eksploatacyjnych wymaganych w formularzu asortymentowo-cenowym, które są oferowane również przez inne firmy. Wydzielenie ww. pozycji pozwoli Państwu na otrzymanie ofert konkurencyjnych cenowo przy najwyższych parametrach jakościowych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 34. Pakiet 5. Poz. 1., 8., 9. Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu. Przy takiej konstrukcji zadania, możliwość przystąpienia do przedmiotowego postępowania ma tylko jedna firma – Johnson&Johnson, która w Polsce jest jedynym dostawcą kaset do sterylizatorów, co jest niezgodne z podstawowymi zasadami Prawa Zamówień Publicznych – tj. zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych Oferentów. Tym samym Zamawiający naraża się na wysokie koszty wielu pozostałych materiałów eksploatacyjnych wymaganych w formularzu asortymentowo-cenowym, które są oferowane również przez inne firmy. Wydzielenie ww. pozycji pozwoli Państwu na otrzymanie ofert konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35. Pakiet 5. Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do oceny równoważne testy pakowane po 200szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego, odbarwiający się po procesie sterylizacji z koloru różowego na żółty? Kolor przebarwienia nie ma żadnego wpływu na jakość testów do kontroli sterylizacji. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36. Pakiet 5. Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów zgodnych z opisem SIWZ ze wskaźnikiem zmieniającym zabarwienie z koloru fioletowego na niebieski. Kolor przebarwienia nie ma żadnego wpływu na jakość rękawów. Rękawy są sprzedawane pojedynczo lub w opakowaniach zbiorczych po 3 szt. lub 1 szt. a 70 mb, co jest korzystne dla Zamawiającego z uwagi na możliwość robienia zakupów stopniowo i bez magazynowania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 37. Pakiet 5. Poz. 4. Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów zgodnych z opisem SIWZ ze wskaźnikiem zmieniającym zabarwienie z koloru fioletowego na niebieski. Kolor przebarwienia nie ma żadnego wpływu na jakość rękawów. Rękawy są sprzedawane pojedynczo lub w opakowaniach zbiorczych po 2 szt. lub 1 szt. a 70 mb, co jest korzystne dla Zamawiającego z uwagi na możliwość robienia zakupów stopniowo i bez magazynowania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 38. Pakiet 5. Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów zgodnych z opisem SIWZ ze wskaźnikiem zmieniającym zabarwienie z koloru fioletowego na niebieski. Kolor przebarwienia nie ma żadnego wpływu na jakość rękawów. Rękawy są sprzedawane pojedynczo lub w opakowaniach zbiorczych po 4 szt. lub 1 szt. a 70 mb, co jest korzystne dla Zamawiającego z uwagi na możliwość robienia zakupów stopniowo i bez magazynowania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 39. Pakiet 5. Poz. 6. Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów zgodnych z opisem SIWZ ze wskaźnikiem zmieniającym zabarwienie z koloru fioletowego na niebieski. Kolor przebarwienia



nie ma żadnego wpływu na jakość rękawów. Rękawy są sprzedawane pojedynczo lub w opakowaniach zbiorczych po 1 szt. a 70 mb, co jest korzystne dla Zamawiającego z uwagi na możliwość robienia zakupów stopniowo i bez magazynowania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 40. Pakiet 5. Poz. 7. Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów zgodnych z opisem SIWZ ze wskaźnikiem zmieniającym zabarwienie z koloru fioletowego na niebieski. Kolor przebarwienia nie ma żadnego wpływu na jakość rękawów. Rękawy są sprzedawane pojedynczo lub w opakowaniach zbiorczych po 1 szt. a 70 mb, co jest korzystne dla Zamawiającego z uwagi na możliwość robienia zakupów stopniowo i bez magazynowania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 41. Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści do oceny równoważne testy pakowane po 50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego, posiadające zewnętrzny wskaźnik na etykiecie odbarwiający się po procesie sterylizacji z koloru fioletowego na żółty? Kolor przebarwienia nie ma żadnego wpływu na jakość testów do kontroli sterylizacji. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. Prosimy o określenie, czy wymaganą, niepełną ilość opakowań zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego należy zaokrąglić w górę, w dół czy wycenić niepełne opakowanie?

Odpowiedź: Nie.

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami modyfikuje SIWZ wraz z załącznikami.

W związku z powyższym:

Nowy termin składania ofert: 05.06.2017..... roku godzina 10:00

Nowy termin wniesienia wadium: 05.06.2017..... roku godzina 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 05.06.2017..... roku godzina 10:15

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
Im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński

DZIAŁ ZAMOWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha
st. specjalista

9
Eryka Suba

Włodzisław Bojarski

