

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno
ul. Korczyńska 57
EZ/215/48/2017

Krosno dnia, 17.08.2017 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

część 4

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 4 - w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Pakiecie nr 1:

Pakiet 1 Skamex Sp. z o. o. Sp. k.

Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertybrutto Termin płatności oferowany	Punktacja w kryterium: Najniższa cena 60pkt.	Punktacja w kryterium: Termin płatności max. 40pkt.	Łączna punktacja
MEDICA J.Chodacki, A.Misztal Spółka jawna ul. Przemysłowa 4a 59-300 Lublin	57 121,20 zł Termin płatności: 60 dni			Oferta odrzucona
Zarys International Group sp. z o. o. sp. k. Ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	58 689,36 zł Termin płatności: 60 dni			Oferta odrzucona
Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL- POZNAŃ Sp. z o. o. Ul. Rusa 64/6 61-245 Poznań	56 531,52 zł Termin płatności: 60 dni			Oferta odrzucona
BAFARM Sp. z o. o. Ul. Długa 3 43-100 Tychy	66 810,24 zł Termin płatności: 60 dni			Oferta odrzucona
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	90 428,40 zł Termin płatności: 60 dni	60 pkt.	40 pkt.	100 pkt.

Medica Sp. j; Zarys Sp z o. o. Sp. k.; Cezetel Sp. z o. o.; Bafarm Sp. z o. o., podlegają odrzuceniu z udziału w postępowaniu w zakresie **Pakietu nr 1** na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowiedziami z dnia 22.06.2016r. doprecyzował opis przedmiotu zamówienia do poz. nr 3 w sposób następujący: igły do pena mają być kompatybilne z wszystkimi wstrzykiwaczami dostępnymi na rynku, co ma być potwierdzone certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty oraz informacją o kompatybilności igieł z konkretnymi wstrzykiwaczami wymieniona była na opakowaniu zbiorczym 100szt.

Powyższe firmy zarówno w załączonych certyfikatach kompatybilności technicznej jak i naklejkach na opakowaniach zbiorczych potwierdziły iż zaferowane igły do penów są kompatybilne z **większością wstrzykiwaczy** a nie jak żądał Zamawiający ze **wszystkimi wstrzykiwaczami** dostępnymi na rynku. Firmy **Medica Sp. j; Zarys Sp z o. o. Sp. k.; Cezetel Sp. z o. o.; Bafarm Sp. z o. o.** podlegają odrzuceniu w zakresie Pakietu nr 1.

Jednocześnie na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przed upływem powyższych terminów, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, nr faksu 134378497 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA POKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński