

Krosno, dnia 16 listopada 2017 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów chirurgicznych
Nr postępowania EZ/215/111/2017**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 3. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny o długości 4,5 m? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem
Zastępca
Gł. Ekonomisty
WOJEWÓDZKIEGO SZPIALA POKARPACKIEGO
Im. Jana Pawła II w Krosnie
mgr Piotr Czerwiński