

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669
EZ/215/115/2016

Krosno, 28 listopada 2017r.

Do wszystkich uczestników postępowania
www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą obłożenia operacyjnych nr postępowania EZ/215/115/2017.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 1

1. Czy zamawiający podzieli pakiet 1 na osobne pozycje ze względu na fakt, że są to produkty należące do różnych grup asortymentowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy w poz. 2 zamawiający dopuści wycenę za rolkę 200 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. **Dotyczy Pakietu nr 1** Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 fartuch uniwersalny wykonany z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu, bez rękawów, wyposażony w troki, w rozmiarach: 75x115cm oraz 75x145cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe w rozmiarze 75 x 145 cm.

4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 fartuch wykonany z cienkiej i mocnej folii, nie odrywany z rolki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

PAKIET 2

1. Czy zamawiający podzieli pakiet 2 na osobne pozycje ze względu na fakt, że są to produkty należące do różnych grup asortymentowych?

Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.

2. Czy w poz. 2 zamawiający dopuści fartuch z cienkiej i mocnej folii w kolorze mlecznym, odrywany z rolki 200 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIEC 3

1. czy zamawiający w poz. 2 dopuści podkład celulozowo foliowy 51cm x 40m perforacja co 160 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. czy zamawiający w poz. 2 dopuści podkład celulozowo foliowy 51cm x 40m perforacja co 80 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy zamawiający mógłby doprecyzować jakiej szerokości podkładu wymaga w poz 1?
Odpowiedź: Minimum 50 cm max 60 cm.

4. Pakiet 3, poz. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o perforacji 38 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem, rolka o długości 60m.

5. Dotyczy Pakietu nr 3 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o określenie szerokości podkładu, jakiego oczekuje.

Odpowiedź: Minimum 50 cm. max 60 cm.

6. Dotyczy Pakietu nr 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy podkład higieniczny z perforacją co 50 cm, z zachowaniem długości rolki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

7. Dotyczy Pakietu nr 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy podkład higieniczny z perforacją co 38 cm, z zachowaniem długości rolki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z odpowiedzią powyżej.

8. Dotyczy Pakietu nr 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 50mb z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

9. Dotyczy Pakietu nr 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 50mb z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

10. Dotyczy Pakietu nr 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalny, jednorazowy podkład higieniczny z perforacją co 38 cm, z zachowaniem długości rolki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIEC 4

1. Pakiet 4, Czy Zamawiający dopuści fartuch o rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

2. Pakiet 4, Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończony ściągaczem poliestrowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. **Pakiet 4** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha z rękawami zakończonymi gumką.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

4. **Pakiet 4, poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarze L (115x136 cm) oraz XL (125x150 cm) w opakowaniach po 5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. **Pakiet 4 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym, odpowiadającego rozmiarom XL-XXL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

6. **Pakiet nr 4**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fartucha higienicznego w rozmiarze uniwersalnym, pakowany po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIEC 5

1. **Pakiet 5, poz. 1:** czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 150x90cm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. **Pakiet 5, poz. 2:** czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 200x90cm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

3. **Pakiet 5, poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu higienicznego z tolerancją w rozmiarze +/- 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

4. **Dotyczy pakietu nr 5**

Bardzo proszę o podanie w poz.1 jakiego wymiaru podkładu wymaga Szpital ?

Odpowiedź: Zamawiający określił wymiary podkładu szerokość 80 cm, długość 175cm.

5. **Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga jednorazowych podkładów higienicznych wzmocnionych podłużnymi nitkami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

6. **Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga jednorazowych podkładów higienicznych z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

7. **Pakiet 5, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści podkłady standardowe wykonane z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej o gramaturze 25 g/m², bądź 45g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz..

PAKIEC 6

1. **Dotyczy Pakietu nr 6** Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 sterylne osłonę na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. Pakiet nr 6 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na stolik Mayo w rozmiarze 78x145 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 80cm x 140cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

4. Pakiet 6


Prosimy o dopuszczenie sterylnej osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm z warstwa chłonną, składana rewersowo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 8

1. Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorach zielony, niebieski, biały, żółty różowy o poniższych właściwościach?



Spunierce: 45g/m² - boki (otok)

Włókna polipropylenowa (PP): 25g/m² - góra (denko)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 9

1. Czy Zamawiający wymagając 8000 op. ściereczek miał na myśli 8000 szt?

Odpowiedź: W przypadku pojedynczych tak.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ściereczki pakowane a² szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: W przypadku pakowanych po 2 sztuki pozostaje 8000 opakowań.

3. Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki do wycierania rąk wykonane z włókniny?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

4. Pakiet nr 9

Czy można zaoferować ściereczki pakowane w opakowania po 2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe bez przeliczenia opakowań.

5. Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przez opakowanie należy rozumieć ściereczki pakowane a 2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pakiet 9

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania i wyceny ściereczek pakowanych a 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe bez przeliczenia opakowań.

PAKIEC 10

1. Pakiet 10, Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pakiet 10 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha posiadającego szew poczwórny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. Dotyczy Pakietu nr 10 Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 sterylne fartuch wykonany z włókniny typu SMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety, szew na rękawach wykonany techniką podstawową inna niż typu reglan. Fartuch dostępny w rozmiarach L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

4. Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza fartuchy z rękawami o prostym kroju z włókniny SMMS, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

5. Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z min. podwójnym szwem na całych rękawach wykonanym techniką ultradźwiękową, krój standardowy? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

6. Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS, ze standardowym krojem rękawa o gramaturze 45g/m², potrójny szew?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

7. Pakiet nr 10

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny SMMS, z rękawami o prostym kroju, który posiada szerokie rękawy z mankiem poliestrowym zapewniające wysoki komfort techniczny pracy operatora w rozmiarach: M-L – 120cm, XL- 130cm i XXL – 150cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pakiet 10

Prosimy o dopuszczenie sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonanych z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Poliestrowe mankiety. Fartuchy zapinane na szyi na rzepy roz. L, XL, XXL.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

PAKIET 11

1. Pakiet 11, poz. 1: czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m² w rozmiarze 150x90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. Pakiet 11, poz. 2: czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. Pakiet 11, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

4. PAKIET NR 11

Pozycje 1, 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych wykonanych z włókniny o gramaturze 55 g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w rozmiarze 90 x 150 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

6. Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej w rozmiarze 50 x 50 cm lub 75 x 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 50x50cm.

7. Pakiet nr 11

Poz. 1 Czy zamawiający dopuści serwety wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 57,5 g/m², pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

8. Poz. 2 Czy zamawiający dopuści serwety wykonane z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 40,5 g/m² w rozmiarze 45 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

9. Pakiet 11 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90x150cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen+polietylen) o gramaturze 58 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

10. Pakiet 11 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 45x75cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen+polietylen) o gramaturze 58 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 12

1. czy zamawiający dopuści maski 3 warstwowe, na troki, wysokobariery, z włókniny niepylącej, hipoalergicznnej, wolnej od mikrowłóskóów, z wkładką modelującą na nos?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

2. Czy zamawiający dopuści maski w opakowaniach po 50 szt?

Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga sterylnych masek pakowanych pojedynczo.

PAKIET 13

1. Dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści okrągły czepek chirurgiczny pakowany w worek foliowy po 100 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w opakowaniu foliowym a' 100szt. ?

Czy można podać cenę za opakowanie wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

3. Pakiet 13

Czy należy zaoferować lekki i oddychający czepek o gramaturze max. 12g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 14

1. czy zamawiający podzieli pakiet 14 na osobne pakiety ze względu na fakt, że są to produkty należące do różnych grup asortymentowych?

Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.

2. Poz. 1 czy zamawiający dopuści maski medycznej 3 warstwowe, wysokobarierowe, na troki, z wysokiej jakości włókniny niepylącej, hipoalergiczej, wolną od mikrowłosek, z oznaczeniem kolorystycznym do odróżnienia zewnętrznej i wewnętrznej strony maski, pakowane po 50 szt, niesterylne, zielone?

Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.

3. Poz. 1 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 50 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

4. Pakiet 14, Pozycja 1

Czy Zamawiający, poprzez określenie maska pełnobarierowa, miał na myśli maski klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%)?

Odpowiedź: Tak

5. Pakiet 14, Pozycja 1

Czy Zamawiający, poprzez określenie maska pełnobarierowa, miał na myśli maski o wysokiej skuteczności filtracji, tj. co najmniej 99,9% co gwarantuje ochronę przed zakażeniami?

Odpowiedź: Odpowiedź jak powyżej.

6. Pakiet 14, Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek ze specjalnym paskiem włókninowym zapewniającym ochronę przed parowaniem w miejsce gąbki, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

7. Pakiet 14, Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek o odporności na spryskanie powyżej 120mmHg oraz ciśnieniu różnicowym 30,88Pa/cm², spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

8. Pakiet 14, Pozycja 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek z kolorystycznym oznaczeniem strony zewnętrznej, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

9. Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem lub pisemną informacją, która strona maski jest zewnętrzna, a która wewnętrzna?

Odpowiedź: Nie

10. Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pakiet 14, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pakiet 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę o poniższych parametrach:

- maska chirurgiczna czterowarstwowa z osłoną na oczy
- z warstwą stanowiącą ochronę przed zapałowaniem
- mocowana na troki lub gumki zakładane na uszy
- posiada wkładkę modelującą na nos o dł. 13 cm
- typ IIR odporny na rozpryski zgodnie z wymaganiami normy EN 14683:2005
- skuteczność filtracji bakterii (BFE): 99,99 %, ciśnienie różnicowe (Pa): 32,78 Pa/cm², odporność na rozpryski >120 mmHg
- wymiary maski: 18cm x 9,5 cm
- zabezpiecza pole operacyjne przed zanieczyszczeniem złączonym naskórkiem, owłosieniem oraz zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową
- ochrona pacjentów przed czynnikami infekcyjnymi z nosów i ust personelu
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- jednorazowego użytku
- niejałowa

Opakowanie a'25szt

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

PAKIET 16

1. Pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny jałową jednorazową szczotkę do chirurgicznego mycia rąk, wykonaną z miękkiego włosia efektywnie czyszczącego paznokcie, skórę oraz kostki ręki, nie podrażniając przy tym skóry oraz gąbki, która w delikatny sposób

czyści dłonie, przedramiona i nie powoduje podrażnień. Do każdej szczoteczki dołączony jest czyścik do paznokci.

Opakowanie służące za dyspenser zawiera 40 szczoteczek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2.Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 40sztuk w kartonik służący za dozownik?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3.Pakiet 16

Prosimy o dopuszczenie suchych jednorazowych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk wykonanych z polietylenu (z jednej strony szczecinka a z drugiej gąbka).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

4.Pakiet 16

Prosimy doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje szczotki do chirurgicznej do mycia rąk ze szczecinkami o zróżnicowanej długości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

5.Pakiet 16

Prosimy doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje szczotki do chirurgicznej do mycia rąk w rozmiarze 8x5x4 cm, zaopatrzonej w czyścik do paznokci.

Odpowiedź: Szczoteczka + czyścik

PAKIET 17 UWAGA!! Podział Pakietu

1. Pakiet 17, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na przewody w rozmiarze 13cm x 235cm z kartonikiem ułatwiającym zakładanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. Pakiet 17, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na przewody w rozmiarze 13cm x 244cm z kartonikiem ułatwiającym zakładanie?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

3.Pakiet nr 17 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na przewody o wymiarach 14x250 cm ze zwężającą się końcówką.

W przypadku dopuszczenia, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i rozdziela Pakiet 17 – pozycja 1; Pakiet 17a – pozycja 2.

4.Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody w rozmiarze 14x250cm lub 16x250cm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

5.Pakiet 17, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający rozdziela Pakiet 17 – pozycja 1; Pakiet 17a – pozycja 2.

6.Pakiet nr 17

Poz. 1 Czy można zaoferować pokrowiec w rozmiarach 15 x 250cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i rozdziela Pakiet 17 – pozycja 1; Pakiet 17a – pozycja 2.

PAKIET 18

1.Pakiet nr 18 poz. 3 i 4

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 i 4 w celu umożliwienia złożenia oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2.Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie-pizamę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²? Buza z 3 kieszeniami; 1 na górze, 2 na dole, spodnie z trokami, w kolorze niebieskim, rozmiary od S do XXL?

Odpowiedź: Nie

3.Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia wyrobu bezlateksowego na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

4.Pakiet 18, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

PAKIET 19

Pakiet 19

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego w którym zamiast licznika do igieł znajduje się skalpel z plastikowym trzonkiem, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 20

1.czy zamawiający dopuści komplet pościelowy wykonany z miękkiej włókniny, gram. 25 g/m² o składzie: prześcieradło 210x150, poszewka 210x160, poszewka na poduszkę 70x80?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

1. Pakiet 20, Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli: poszewka: 90x75cm, poszwa: 200x150cm, prześcieradło: 210x150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem parametrów.

3.Pakiet 20 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompletu pościeli o gramaturze 20g/m² o składzie: poszewka 70x80cm, prześcieradło 150x200cm, poszwa 150x210cm.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

4. **Pakiet 20, poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pościeli wykonanego z włókniny typu Polipropylen 25 g/m² : poszewka na poduszkę 70 x 80 cm + 10cm zakładka, poszwa 160 x 210 cm, prześcieradło 150 x 210 cm, kolor zielony ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. **Pakiet nr 20 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej bielizny pościelowej w następującym rozmiarze:

- Poszwa 200x150
- Prześcieradło 210x160
- Poszewka 80x70

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem gramatury min. 25g/m2.

6. **Pakiet 20, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w rozmiarze:

- prześcieradło 210x150
- poszewka na kołdrę 210x160
- poszewka na poduszkę 70x80?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem gramatury min. 25g/m2.

7. **Pakiet 20, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 21

1. **Pakiet 21, Czy Zamawiający dopuści śliniaki z tasemkami wiążącymi o długości 30 cm każda?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. **Pakiet 21, poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śliniaków w rozmiarze 38x60 cm wiązanych na szyi z kieszonką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. **Pakiet nr 21 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie śliniaków wiązanych w kolorze zielonym lub niebieskim o wymiarach min 35cm x 48cm z kieszonką 12 cm, pakowanych a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.


4. **Pakiet 21, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 35x48cm, opakowanie a'50szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

5.PAKIET NR 21

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania śliniaka dwuwarstwowego wykonanego z bibuły od spodu z warstwą folii, w kolorze lekko łososiowym wiążanego z tyłu, zaokrąglonego pod szyją z kieszonką, w rozmiarze 38 x 50 cm, pakowanego a'150 szt. z odpowiednim przeliczeniem



wymaganych ilości, zaklasyfikowanego jako wyrób higieniczny ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 22

1. **Pakiet 22** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 50x60cm z otworem 6x8cm lub z otworem 5cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 50x60cm z otworem 6x8cm.

2. **Dotyczy Pakietu nr 22** Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 sterylna serwetę zabiegową o wymiarach 50x60cm, z otworem 6x8cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. **Pakiet 22, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o średnicy 5cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie

4. **Pakiet 22, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. **Pakiet 22, pozycja 1**

Serweta operacyjna jałowa w rozmiarze 45cm x 75cm z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

6.PAKIET NR 22

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet zabiegowej samoprzylepnej w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm, pozostałe parametry spełnione ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

7. **Pakiet nr 22**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm? Pozostałe parametry zgodnie ze siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

8. **Pakiet 22**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 60x50cm z przylepnym otworem o średnicy 5cm wykonanej z bilaminatu (polipropylen+polietylen).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 23

1. **Dotyczy Pakietu nr 23** Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw do artroskopii kolana wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE o następującym składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadająca dwa samouszczelniające otwory z neoprenu o średnicy 7 cm i 5 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu	230x320	1
2. serweta na stółk	150x190	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stółk MAYO	79x145	1
7. osłona na stółk - (owinięcie zestawu)	150x190	1

W skład zestawu wchodzi także pakowane osobno fartuchy: 1x fartuch chirurgiczny L z włókniny typu SMS, 1x fartuch chirurgiczny XL wzmocniony, z włókniny typu SMS. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz i odpowiedziami.

2.Pakiet nr 23

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stółk instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stółk Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów z fartuchami pakowanymi oddzielnie. Do zestawu załączone 2 fartuchy spełniające wymagania SIWZ pakowane oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3.Pakiet 23

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą na stółk Mayo w rozmiarze 80cmx145cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

4.Pakiet 23

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawów w których fartuchy są pakowane oddzielnie i całość w jeden worek strunowy. Państwa zgoda umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

5.Pakiet 23

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn, Skład zestawu:

- 2 x serweta na stółk narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm

- 1 x serweta na stółk Mayo 80x142 cm ortopedyczna, wzmocnienie 88x55cm

- 1 x ręczniki chłonne 30x20 cm
- 1 x osłona na kończynę 55x37,5 cm
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem \varnothing 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m², odpornego na penetrację płynów (>200 cmH₂O), odpornego na rozerwanie na sucho/mokro (> 195 kPa).
- 1 x fartuch chirurgiczny L z włókniny typu SMS (sterylny, pakowany osobno)
- 1 x fartuch chirurgiczny XL wzmocniany folią z włókniny typu SMS (sterylny, pakowany osobno)

Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Fartuchy są pakowane oddzielnie i całość w jeden worek strunowy. Państwa zgoda umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 24

1. Pakiet 24, Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x90cm z otworem przylepnym o średnicy 8cm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

2. Pakiet 24 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania serwety o wymiarach 100x150cm z otworem owalnym 9x12cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. Dotyczy Pakietu nr 24 Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 sterylną serwetę operacyjną, w której otwór o średnicy 11cm znajduje się 45cm od górnego końca serwety? Pozostałe parametry zgodne z IWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego

4. Pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem 10cm, wykonaną z włókniny o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

5.PAKIET NR 24

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnej serwety operacyjnej samoprzylepnej w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem o średnicy 7 cm , pozostałe parametry spełnione ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

6.LUB

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnej serwety operacyjnej samoprzylepnej w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm , pozostałe parametry spełnione ?

Odpowiedź: Nie

7. Pakiet 24

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 100x100cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen+polietylen) o gramaturze 58 g/m²., z otworem lepny, okrągłym 9x12cm, umieszczonym centralnie.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

PAKIET 25

1. Dotyczy Pakietu nr 25 Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw obłożeń do TUR wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE o gramaturze 66g/m², o następującym składzie:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do przeciewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 8 cm), otwór na pracę (Ø 5 cm) i osłonę na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu | 175x270x180 | 1 |
| 2. ręcznik chłonny | 18x25 | 1 |
| 3. samoprzylepny organizator przewodów | 9x18 | 1 |
| 4. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

W skład zestawu wchodzi także pakowane osobno fartuchy: 2x fartuch chirurgiczny XL z włókniny typu SMS, szew na rękawach wykonany techniką podstawową inna niż typu reglan, wykończony pod szyją lamówką, zapinany przy szyi na rzep o długości min. 6cm, mankiet z dzianiny poliestrowej min. 6cm, na całej powierzchni szyty techniką podstawową inna niż typu reglan. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: W Pakiecie 25 nie ma obłożeń.

2. Pakiet 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm, z taśmą przylepną w zestawie?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami.

3. Pakiet nr 25

Czy zamawiający miał na myśli sterylną osłonę na kończynę w rozmiarze 24 x 80 cm, która jest wykonana z termoplastycznej folii elastomerowej i elastycznej bielonej dzianiny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem długości od 90 do 120 cm.

4. Pakiet 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze 23x91cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem elastyczności osłony.

5. Pakiet 25

Czy osłona na kończynę być elastyczna i antypoślizgowa, co znacząco ułatwia manewrowanie kończyną w trakcie zabiegu oraz pozwala na spiralne jej nakładanie na kończynę pacjenta i dodatkowo zapewnia jej ścisłe przyleganie do nogi

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość 90-120cm.

PAKIET 26

1. Pakiet 26 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu z oknem do obłożeń krocza o wymiarach 7x10cm, fartuch chirurgiczny ze szwem potrójnym, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2.PAKIET NR 26

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania :

Sterylnego zestawu obłożeń do TUR obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m² PP/PE o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O i wytrzymałości na rozerwanie min. 172kPa. Na opakowaniu min.2 naklejki identyfikujące wyrób do uzupełnienia dokumentacji medycznej. Skład zestawu:

1. Serweta urologiczna ze zintegrowanymi nogawicami 185x260/200cm, z torbą na płyny z sitem oraz zaworem spustowym, torba wyposażona w sztywnik oraz przylepiec umożliwiający umocowanie krawędzi do fartucha operatora, samoprzylepne okno nadłonowe o wymiarach 7x10cm zakryte klapką z perforacją łatwą do usunięcia podczas zabiegu, samoprzylepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 7x10cm oraz bezlateksowy palec do badań per-rectum - 1szt.
 2. Dren o długości 1,3 metra do podpięcia zaworu i ssaka - 1szt.
 3. Taśma samoprzylepna 10x50cm wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 60g/m² - 1szt.
 4. Ręczniki celulozowe 33x30cm - 2szt.
 5. Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze min. 35g/m², rękaw wszystkie prosto, wykończony pod szyją lamówką, zapinany przy szyi na taśmę, mankiet z dzianiny polietersrowej min. 7cm., na całej powierzchni szyty trzyścieżkowym szwem ultradźwiękowym, rozmiar XL - 2szt.
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentarialny 140x190cm - grubość folii min. 0,05mm, włóknina min. 30g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3.Pakiet 26

Prosimy o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej 74x190cm

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

1x serweta 175/290 x 242 cm do TUR , ze zintegrowanymi długimi nogawicami o długości min.130cm z przylepnym otworem brzuszny \varnothing 8 cm, z otworem na pręcie \varnothing 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny 95x60cm z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Sunlance o długości 100 +/- 2cm do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m², odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro powyżej 200 kPa.

1 x dren o długości 2 m do podpięcia zaworu i ssaka (sterylny, pakowany osobno)

2 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² i kroju prostym. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Poliesterowe mankiety min. 7cm, fartuchy zapinane na szyi na rzepy min. 10 cm. (sterylny, pakowany osobno)

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Fartuchy oraz dren są pakowane oddzielnie i całość w jeden worek strunowy. Państwa zgoda umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

4.Pakiet 26

Prosimy zamawiającego o uznanie za spełnienie wymogu załączenia na wezwanie „raportu walidacji z procesu sterylizacji” poprzez załączenie poniższych dokumentów zapewniających o jakości w tym procesie sterylizacji oferowanych produktów :

- certyfikatu ISO 13485:2003 potwierdzającego m. in. spełnianie wymagań w zakresie sterylizacji tlenkiem etylenu zgodnie z normą EN ISO 11135-1:2007 oraz certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg ISO-9001:2008, który dodatkowo potwierdza iż producent spełnia wymagania w zakresie wdrożenia procedur potwierdzających zdolność do ciągłego zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie przepisami. Dotyczy to także procedur walidacji procesów produkcji i dostarczania usług,
- certyfikatu zgodność CE -produkt, który chcemy zaoferować jest wyrobem medycznym klasy I sterylnej , a procedury oznakowania znakiem CE w takim przypadku obejmują nadzór Jednostki Notyfikowanej nad zapewnieniem jakości produktu, zatem całkowicie wystarczającym potwierdzeniem właściwego procesu sterylizacji jest ważny certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 27

1.Dotyczy Pakietu nr 27 Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 sterylne obłożenie do protezy biodra wykonane z laminatu czterowarstwowego, o następującym składzie:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	300x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260	1
3. serweta chirurgiczna	75x90	1
4. serweta na stolik	150x190	1
5. osłona na kończyne	32x120	1
6. taśmy samoprzylepne	9x49	2
7. ręczniki chłonne	18x25	4
8. wzmocniona osłona na stolik Mayo	79x145	1
9. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

W skład zestawu wchodzi także pakowane osobno fartuchy: 2x fartuch chirurgiczny XL z włókniny typu SMS, 1x fartuch chirurgiczny L z włókniny typu SMS. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

2.PAKIET NR 27 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania :

Sterylnego obłożenia do protezy biodra, wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 55g/m2 wzmocnionego padem chłonnym o gramaturze w miejscu padu min. 110g/m2, wodoszczelności powyżej 200 cm H₂O, wytrzymałości na rozzerwanie na sucho i mokro min 172 kPa, zdolności absorpcji powyżej 400% na całej powierzchni pacjenta, posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta. Minimalny skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x190 cm (opakowanie wewnętrzne); 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm; 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm; 1x stokineta 35x120 cm , 2 -warstwowa, nieelastyczna; 2x ręcznik

chłonny min. 30x33cm; 1 x serweta nieprzylepna 100x90 cm; 2x taśma klejąca włókninowa 10x50 cm 1 x serweta dolna typu U 200x305 cm, wycięcie U przylepne 10 x95cm ze wzmocnieniem chłonnym, 3 podwójne uchwyty na przewody; 1x serweta górna 150x240 cm przylepna ze wzmocnieniem chłonnym. 1 x podwójny uchwyt na przewody, 2x taśma przylepna 10*50cm. 3x fartuch chirurgiczny (2-XL, 1-L) z włókniny typu SMMMS (dopuszcza się pakowane oddzielnie i całość w 1 worek)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3.Pakiet 27

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do protezy biodra wykonanego w obrębie pola operacyjnego z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 109,5 g/m² a na pozostałej powierzchni z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m², odporności na przenikanie cieczy > 125cm H₂O (norma ≥ 100 cm H₂O) , zdolności absorpcji wynoszącej 405ml/m² tj. 370%?

Skład zestawu:

- 1.Serweta przylepna dolna o rozmiarze 280 x225cm ze wzmocnieniem z wycięciem „ U” o rozmiarze 10 x 100cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
- 2.Serweta przylepna górna o rozmiarze 225 x 270 cm ze wzmocnieniami z osłonami podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
3. 4 Ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 40 cm
4. Osłona na stolik Mayo ortopedyczna (wzmocniona – 3 warstwy w strefie krytycznej) w rozmiarze 80 x 145 cm
- 5.Serweta chirurgiczna w rozmiarze 150 x 180cm (pod kończynę lub jako serweta na drugi stół instrumentarium)
- 6.Serweta przylepna w rozmiarze 90 x 75 cm
- 7.Osłona ortopedyczna na kończynę w rozmiarze 33 x 110cm
- 8.Taśma włókninowa samoprzylepna w rozmiarze 9 x50cm
9. 2 x Taśmy samoprzylepne, nieprzemakalne w rozmiarze 10 x 50cm,
10. 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
11. 3 Fartuchy z włókniny SMMS (2 o długości 130cm odpowiadające rozmiarowi XL i 1 o długości 120cm odpowiadającej rozmiarowi L) ,pakowane oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

4.Pakiet 27

Prosimy o dopuszczenie obłożenia do protezy biodra z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm zamiast 80x147cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

5.Pakiet 27

Prosimy o dopuszczenie obłożenia z wycięciem U 15 x117 cm zamiast 16 x117 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

6.Pakiet 27

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm
- 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm
- 1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
- 1x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm
- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm

- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzoną w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² odpornego na penetrację płynów (>200 cmH₂O), odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 190 kPa. Obszar krytyczny wzmocniony gramatura łączna 110g/cm², odporny na rozerwanie na sucho i mokro min. 280 kPa.

- 2 x fartuch chirurgicznych XL włókniny typu SMS (sterylny, pakowany osobno)

- 1 x fartuch chirurgicznych L włókniny typu SMS (sterylny, pakowany osobno)

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Fartuchy oraz pakowane oddzielnie i całość w jeden worek strunowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET NR 28

1.PAKIET NR 28


Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m² w następującym składzie:

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z zintegrowanymi nogawicami, z otworem (7 x 10 cm) 240 x 255 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie folia - papier

Oraz dodatkowo, osobno pakowana, załączona do zestawu serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 200 cm ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2.Pakiet 28

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do cystoskopii w następującym składzie:

1.Serweta do cystoskopii ze zintegrowanymi nogawicami w rozmiarze 175/260 x 210 cm i z przyklepnym otworem na krocze w rozmiarze 10 x 15 cm

2.Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm

3.Serweta samoprzylepna z folii polietylenowej 50 x 50cm

4. 2 ręczniki celulozowe 30x20cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3.Pakiet 28

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu ginekologiczno – cystoskopijnego. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej

2 x nogawice 79x140 cm z repelentnej włókniny SMMMS

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

1 x serweta 75x120 cm z przyklepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18

Odpowiedź: Nie

4. Pakiet 28

Prosimy o dopuszczenie sterylnej zestawy do zabiegów ginekologicznych. Skład zestawu:
1 x serweta na stół narzędziowy 125x230 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej
2 x osłona na kończyny 79x140cm z repelentnej włókniny SMMMS,
1 x serweta przylepna z bilaminatu 45x50 cm
1 x ręcznik chłonny 60x40cm +/- 2 cm
1 x serweta 74/137/192 cm typu T do litonii z przylepnym otworem na krocze 15x6 cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 50x30 +/- 1cm.

Odpowiedź: Nie

PAKIET 29

1. Pakiet 29 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu z fartuchem chirurgicznym ze szwem potrójnym, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. Dotyczy Pakietu nr 29

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw uniwersalny wykonane z laminatu trójwarstwowego Włóknina/Folia PE/ Włóknina celulozowa o gramaturze 80g/m², o następującym składzie:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

W skład zestawu wchodzi także pakowane osobno fartuchy: 2x fartuch chirurgiczny XL, 1x fartuch chirurgiczny L, wykonane z włókniny typu SMS, szew na rękawach wykonany techniką podstawową inna niż typu reglan, wykończony pod szyją lamówką, zapinany przy szyi na rzep o długości min. 6cm, mankiet z dzianiny poliestrowej min. 6cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie

3. PAKIET NR 29 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania:

JAŁOWY ZESTAW UNIWERSALNY obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m² PP/PE, wzmocnienia wykonane z hydrofilowej włókniny SMS o gramaturze 110g/m². Chłonność w strefie wzmocnionej min. 900%; odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O i wytrzymałości na rozerwanie min. 172 kPa. Na opakowaniu min. 2 naklejki identyfikujące wyrób do uzupełnienia dokumentacji medycznej. Skład zestawu:

- 1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) - grubość folii min. 0,05mm, włóknina min. 30g/m²
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo grubość folii min. 0,060mm, włóknina min. 30g/m²
- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50 x 75 cm
- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 200 x 175 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50 x 75 cm
- 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 90 x 75 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze

krytycznym min. 36x 90 cm

1 x fartuch chirurgiczny L; SMMMS o gramaturze min. 35 g/m², szyte trzyścieżkowym szwem ultradźwiękowym, przy szyi zapinane na taśmę, rękaw wszyty prosto, mankiet z dzianiny polietersrowej o długości min. 7cm

2 x fartuch chirurgiczny XL; SMMMS o gramaturze min. 35 g/m², szyte trzyścieżkowym szwem ultradźwiękowym, przy szyi zapinane na taśmę, rękaw wszyty prosto, mankiet z dzianiny polietersrowej o długości min. 7cm

1 x taśma przylepna min. 10 x 50 cm z włókninowa o gramaturze min. 60g/m²

4 x ręcznik 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

4.Pakiet 29

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m² i w obrębie pola operacyjnego z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 109,5g/m², odporności na przenikanie cieczy > 125cm H₂O (norma ≥100 cm H₂O) , wzmocnienie wykonane z hydrofilowej włókniny polipropylenowej, zdolności absorpcji wynoszącej 405ml/m² tj. 370% i wytrzymałości na rozzerwanie o wiele wyższe niż wymagane.

Skład zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm wykonana z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 76 g/m²

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm składa w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, o gramaturze 83 g/m²

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 90 cm x 110 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocnione 190 cm x 225 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 100 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 225 cm x 270 cm z wycięciem 45 cm x 65 cm z osłoną podpórek kończyn górnych

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowe łaty chłonne o wymiarach :w serwetach 90x110 cm łata 20cm (+/- 0,5) x 75cm (+/- 1) , w serwecie dolnej 190x225 cm łata 25cm (+/-0,5) x 75cm (+/- 1) oraz w serwecie 225x270cm łata ma: 25cm (+/-0,5) x 60cm (+/-1) . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m²

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

3 Fartuchy z włókniny SMMS o gramaturze 35g/m² zapinane pod szyją na taśmę typu rzep, bez kolorowej lamówki (2 o długości 130cm odpowiadające rozmiarowi XL i 1 o długości 120cm odpowiadającej rozmiarowi L) pakowane oddzielnie.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

5.Pakiet 29

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem . Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm składana rewersowo

- 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar L wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² i kroju prostym. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Poliesterowe mankiety o długości min. 7cm Fartuchy zapinane na szyi na rzepy o długości min. 10 cm (pakowany osobno)
- 2 x sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar XL wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² i kroju prostym. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Poliesterowe mankiety o długości min. 7cm Fartuchy zapinane na szyi na rzepy o długości min. 10 cm (pakowany osobno)

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m². Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²) odporny na penetracje płynów (>200 cmH₂O), ponadto odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdluzne min.150 N i poprzeczne min. 100 N, chlonny (absorpcja > 650 %).

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Fartuchy oraz pakowane oddzielnie i całość w jeden worek strunowy. Państwa zgoda umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

6.Pakiet 29

Prosimy zamawiającego o uznanie za spełnienie wymogu załączenia na wezwanie „raportu walidacji z procesu sterylizacji” poprzez załączenie poniższych dokumentów zapewniających o jakości w tym procesie sterylizacji oferowanych produktów :

- certyfikatu ISO 13485:2003 potwierdzającego m. in. spełnianie wymagań w zakresie sterylizacji tlenkiem etylenu zgodnie z normą EN ISO 11135-1:2007 oraz certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg ISO-9001:2008, który dodatkowo potwierdza iż producent spełnia wymagania w zakresie wdrożenia procedur potwierdzających zdolność do ciągłego zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie przepisami. Dotyczy to także procedur walidacji procesów produkcji i dostarczania usług,
- certyfikatu zgodność CE -produkt, który chcemy zaoferować jest wyrobem medycznym klasy I sterylnej, a procedury oznakowania znakiem CE w takim przypadku obejmują nadzór Jednostki Notyfikowanej nad zapewnieniem jakości produktu, zatem całkowicie wystarczającym potwierdzeniem właściwego procesu sterylizacji jest ważny certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

7.Pakiet 29

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń uniwersalnych, które zawierają serwety okrywające pacjenta z chłonnego materiału na całej powierzchni serwet.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

8.Pakiet 29

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń sterylizowanych tlenkiem etylenu, co zapewni minimalizację pogniczenia serwet oraz brak nieprzyjemnego zapachu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 30

1.PAKIET NR 30

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni spełniającej wymogi SIWZ bez sztywnika ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2.Pakiet nr 30

Poz.2 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnej samoprzylepnej kieszeni jednokomorowej o rozmiarze 38 x 40cm, wykonanej z mocnej przezroczystej foli PE, nie posiadającej sztywnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 31

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 90cm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 140cm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

3.Pakiet 31, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

4.Pakiet 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 140cm x 140cm o średnicy 80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

PAKIET 32

1. Pakiet 32 poz 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu zawierającego 1 ręcznik z czterowarstwowej celulozy wzmocniony syntetyczną siatką min.30x40cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2.Pakiet 32

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestawy o następującym składzie i rozmiarach:

Poz. 1:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm wykonana z materiału 2-warstwowego włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 76 g/m²

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm,

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m² o zdolności absorpcji wynoszącej 405ml/m² tj. 370%, 370%, odporności na przenikanie cieczy >125 H₂O, o odporności na zrywanie o wiele wyższej niż wymagana.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Poz. 2 :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm wykonana z materiału 2-warstwowego włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 76 g/m²

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację wykonaną z materiału 2-warstwowego włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 83 g/m²

1 serweta brzuszno - kroczoza wzmocniona 260 cm x 310 cm

ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm

z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm

z otworem na krocze 10 cm x 15 cm

z osłoną podpórek kończyn górnych

ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

oraz dodatkowo osobno pakowana taśma samoprzylepna rozm. 9 x 50.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m² o zdolności absorpcji wynoszącej 405ml/m² tj. 370%, odporności na przenikanie cieczy >125 H₂O, o odporności na zrywanie o wiele wyższej niż wymagana. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Poz. 3 :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm wykonana z materiału 2-warstwowego włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 76 g/m²

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację wykonaną z materiału 2-warstwowego włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 83 g/m²

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 260 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezyjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm (+/- 1 cm), w serwecie dolnej 110 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m² o zdolności absorpcji wynoszącej 405ml/m² tj. 370%, odporności na przenikanie cieczy >125 H₂O, o odporności na zrywanie o wiele wyższej niż wymagana.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Poz. 4 – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie taśmy samoprzylepna włókninowej, pakowanej w opakowania jednostkowe bez etykiet samoprzylepnych. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji z całości pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 34

1. Pakiet 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność ok. 1 l., rozmiar 116cm x 76cm. Op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. Pakiet 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x101 cm. Budowa maty: wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 35

1. PAKIET NR 35

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, niepylnego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100cm (+/-2cm) x 225cm (+/-4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy

przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianność co najmniej 4l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2.Pakiet 35, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładu o chłonności min. 4600 ml?

Odpowiedź: Zamawiający określa chłonność na min. 4l, chłonność winna być potwierdzona odpowiednim dokumentem.

3.Pakiet 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 101cm (+/-2cm) x 225cm (+/-4cm)

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

4.Pakiet 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład 3 warstwy: składający się z włókniny, wkładu chłonnego, laminatu nieprzemakalnego (spodnia strona) w rozmiarze 100 x 225cm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

5.Pakiet 35

Prosimy o dopuszczenie podkładu o wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, chłonność min. 4l.

6.Pakiet 35

Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez określenie „wyjątkowo chłonny rdzeń” Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładu o chłonności powyżej 5000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, chłonność min. 4l.

PAKIET 36

1.Pakiet 36

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów na kończynie górnej.

Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x190 cm

3 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m², repelentnej dla alkoholu (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS o gr. w miejscu wzmocnień 85 g/m², łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów > 65 cm H₂O na całej powierzchni i > 86 cm H₂O w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni. Rozmiar XL - 2szt., L - 1szt.

1 x serweta na stolik Mayo 80 x142cm

1 x serweta na kończynę 240 x 300 (+/- 2) cm z elastycznym otworem o średnicy 5 cm z materiału trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen)o gramaturze 66 g/m², odporności na penetrację płynów powyżej 200 cm H₂O.

1 x serweta przylepna 175 x 175 (+/- 2) cm wykonana z materiału dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen,)o gr. 58 g/m², odporności na penetrację płynów powyżej 200 cm H₂O.

1 x serweta przylepna 75 x 75 (+/- 2) cm wykonana z materiału dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen,)o gr. 58 g/m², odporności na penetrację płynów powyżej 200 cm H₂O

50 x kompres z gazy 17 nit. 12w, 10 x 10 cm
2 x bandaż elastyczny 15cm x 5 m
1 x taśma przylepna bawełnopodobna 9 x 50 cm
1 x miska 150 ml, niebieska
1 x miska 250 ml skalowana, przezroczysta
2 x organizator przewodów typu rzep 2,5 x 23 cm
1 x strzykawka 50 ml

Opakowanie zestawu zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu i datę ważności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, do którego nie ma potrzeby używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pakiet 36

Prosimy zamawiającego o uznanie za spełnienie wymogu załączenia na wezwanie „raportu walidacji z procesu sterylizacji” poprzez załączenie poniższych dokumentów zapewniających o jakości w tym procesie sterylizacji oferowanych produktów :

- certyfikatu ISO 13485:2003 potwierdzającego m. in. spełnianie wymagań w zakresie sterylizacji tlenkiem etylenu zgodnie z normą EN ISO 11135-1:2007 oraz certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg ISO-9001:2008, który dodatkowo potwierdza iż producent spełnia wymagania w zakresie wdrożenia procedur potwierdzających zdolność do ciągłego zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie przepisami. Dotyczy to także procedur walidacji procesów produkcji i dostarczania usług,
- certyfikatu zgodność CE -produkt, który chcemy zaoferować jest wyrobem medycznym klasy I sterylnej , a procedury oznakowania znakiem CE w takim przypadku obejmują nadzór Jednostki Notyfikowanej nad zapewnieniem jakości produktu, zatem całkowicie wystarczającym potwierdzeniem właściwego procesu sterylizacji jest ważny certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 37

1.czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2.Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka uniwersalny, na troki, w części czołowej i bocznej ze wstawką pochłaniającą pot, o gramaturze 25g/m2, z przewiewnej włókniny, zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

PAKIET 38

1.Dotyczy Pakietu nr 38 Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw do implantacji stymulatorów serca o następującym składzie:

1.	Serweta główna o wymiarach 230 x 320cm (+/-2 cm) wykonana z włókniny SMS o gramaturze min 35 g/m2, z przezroczystymi wstawkami foliowymi po obu stronach obłożenia o szer. 75 cm umożliwiającą jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie posiada dwa otwory 8,5cm otoczone taśmą lepną, stanowiące dojście do pachwin oraz dodatkowo dwa otwory w okolicach obojczyków o wym. 12x15cm wypełnione folią chirurgiczną. Dookoła otworów warstwa chłonna o wym. 150x230cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o min gramaturze 80g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O w strefie krytycznej – 1 szt
2.	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny celulozowo-poliestrowej - bawełnopodobnej, o gramaturze 68-70 g/m2, posiadający od strony wewnętrznej nieprzemakalne wstawki wzmacniające z przodu fartucha i w rękawach. Rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem- 1 szt rozmiar XLL
3.	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny celulozowo-poliestrowej - bawełnopodobnej, o gramaturze 68-70 g/m2, posiadający od strony wewnętrznej nieprzemakalne wstawki wzmacniające z przodu fartucha i w rękawach. Rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem- 1 szt rozmiar L.
4.	Miska okrągła wykonana z polipropylenu, 500 ml z podziałką, przezroczysta - 1szt
5.	Miska okrągła, plastikowa, 120 ml z podziałką, przezroczysta -1 szt
6.	Kieszka foliowa 40x35 z taśmą samoprzylepną - 2 szt.
7.	Kompres gazowy 10x10 cm (gaza 17-nitkowa, 8- warstwowy, znacznik RTG, biały)- 100 szt.
8.	Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego 5x5 cm, długość 20 cm.- 3 szt.
9.	Zestaw owinięty sterylną swerwetą wykonaną z laminatu trójwarstwowego, o wymiarach 150 x 240 cm, stanowiącym czyste przykrycie stolika.
10.	Zestaw oznaczony kolorystycznie: Oznaczenie znajduje się na wewnętrznej etykietce (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykietce bocznej (napis „ Zestaw do implantacji stymulatorów serca " w zielonej ramce. Zestaw posiada min. cztery samoprzylepne etykiety.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2.Dotyczy Pakietu nr 38 Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw do endoprotezy kolana wykonany w całości z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 67g/m2 (Folia PE, włóknina wiskozowa)o następującym składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadająca dwa samouszczelniające otwory z neoprenu o średnicy 7 cm i 5 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu	230x320	1
2. serweta na stolik	150x190	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. osłona na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

W skład zestawu wchodzi także pakowane osobno fartuchy: 1x fartuch chirurgiczny XL, 1x fartuch chirurgiczny L, wykonane z włókniny typu SMS 35g/m², szew na rękawach wykonany techniką podstawową inna niż typu reglan, wykończony pod szyją lamówką, zapinany przy szyi na rzep o długości min. 6cm, fartuchy owinięte w papier krepowany.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. W pakiecie 38 nie ma zestawu do endoprotezy kolana ani PCNL

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zestaw do PCNL wykonany z laminatu dwuwarstwowego w strefie mniej krytycznej 60g/m² (włóknina, Folia PE) i laminatu trójwarstwowego w strefie krytycznej 110g/m² (włóknina, Folia PE), o następującym składzie: serweta 175x300cm z otworem 5cm.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. W pakiecie 38 nie ma zestawu do endoprotezy kolana ani PCNL

PAKIEC 41

1. Pakiet 41, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści:

- serwetę 50/70 cm?
- serwetę 50/75 cm z otworem o średnicy 7 cm?
- pęsetę o długości 13 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

2. Pakiet 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem konieczności oznakowania pakietu sterylnego w co najmniej dwie etykiety samoprzylepne z nadrukiem zgodnym z etykietą naklejoną na opakowaniu. Etykieta z nazwą produktu w języku polskim.

PYTANIA DO SIWZ I WZORU UMOWY

1 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- a) za zwłokę w dostarczeniu towaru lub wymianie wadliwego towaru na wolny od wad w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego lub wadliwego towaru, (jednak nie mniej niż 50 zł), oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie/wadliwego towaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Par. 5 ust. 2 : jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 4 ust. 2 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 5 ust. 1 lit.

- a). Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 7 ust. 6 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dotyczy wyjaśnień treści SIWZ:

10. Prosimy o jednoznaczne określenie, jakich dokumentów Zamawiający wymaga, aby były dołączone do oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem IX siwz.

11. Dotyczy wyjaśnień treści SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak

12. Pytania do UMOWY §5.1.a)

Prosimy o usunięcie zapisu o minimalnej wartości nominalnej kary w wysokości 50 zł za dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13 Pakiety 27, 28, 29, 32:

Zamawiający dopuścił pakowanie części elementów zestawów oddzielnie, ale komplety elementów winny być spakowane w 1 worek zaopatrzony w etykietę z informacją o składzie zestawu. Ze względu na aktualny stan prawny w zakresie wytwarzania, przechowywania i transportu jałowych wyrobów medycznych zwracamy się z prośbą o możliwość realizowania dostaw wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach handlowych / transportowych. Należy zauważyć, iż podczas procesu wystawiania deklaracji zgodności jak również certyfikatu jednostki notyfikującej oceniane są nie tylko parametry samego produktu, ale również wszystkie procesy mające wpływ na bezpieczne użytkowanie wyrobu. Jednym z kluczowych procesów są działania logistyczne mające na celu zapewnienie absolutnej czystości i bezpieczeństwa produktu w drodze pokonywanej z hali produkcyjnej na blok operacyjny. Żadna jednostka notyfikująca nie wyraża zgody (nie bierze odpowiedzialności) za przepakowywanie lub zmianę sposobu konfekcjonowania wyrobów jałowych poza miejscem ich wytwarzania lub użytkowania.

Mając na uwadze powyższe prosimy o dopuszczenie do realizacji dostaw w oryginalnych opakowaniach handlowych / transportowych.

Odpowiedź: W Pakiecie 28 i 29 Zamawiający nie dopuszcza pakowania pojedynczego. W Pakiecie 27 i 32 dopuszcza pakowanie oddzielne fartuchów.


Uwaga podział następujących pakietów:

Pakiet 17 – poz. 1; Pakiet 17a – poz. 2

Zmiana wadium podzielonych pakietów:

Pakiet 17 – 19 zł Pakiet 17a – 20 zł

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowano opis w Pakiecie 25.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
Im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czerwiński