

Krosno, dnia 30 stycznia 2018 roku


Do wszystkich uczestników postępowania  
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  
W POSTĘPOWANIU**  
**na zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno- na  
zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem  
Intensywnej Terapii Noworodków oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne  
Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka  
zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  
ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**  
**Nr postępowania EZ/215/3/2018**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr. 1. Dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3 szafka stojąca z blatem roboczym**


Zwracamy się z prośbą o informację, czy szafka stojąca z blatem roboczym wykonana zgodnie z poniższym rysunkiem technicznym ma mieć blat wystający o 5 cm. Jeżeli tak, to czy szafka ma mieć głębokość 40 cm i blat 45 cm czy szafka ma mieć głębokość 35 cm i blat 40 cm.



**Odpowiedź: Szafka nie ma mieć blatu wystającego o 5 cm, głębokość szafki ma wynosić 40 cm.**

**Pytanie nr. 2. Dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3 szafka stojąca z blatem roboczym**

Zwracamy się z prośbą o informację, czy szafka stojąca z blatem roboczym wykonana zgodnie z poniższym rysunkiem technicznym ma mieć blat dodatkowo wystający poza nogę podtrzymującą, jeżeli tak to o ile centymetrów.



**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie nr. 3. Dotyczy: Pakiet 2 Meble zabiegowe Oddział Noworodkowy**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż aktualnym i obowiązującym opisem wózka zabiegowego z załącznika 2c (dotyczy kompletu 1d, 2c, 3c, 4c, 5c) - jest doprecyzowany opis wózka o konstrukcji z wysokoodpornego tworzywa z twardej pianki poliuretanowej.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr. 4. Czy Zamawiający dopuści asortyment wyprodukowany w roku 2018?**

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr. 5.** Podpisy rysunków mebli nie mają odzwierciedlenia w zestawieniach pakietów. Prosimy o weryfikację i poprawienie podpisów rysunków, które odnoszą się do poszczególnych pakietów

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem.**

W SIWZ oraz załącznikach nr 1- 8 zostało zmienione logo.

**Z poważaniem**  
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNYCH  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Katarzyna Krygowska