

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą gazów medycznych oraz dzierżawę butli i zbiorników
Nr postępowania EZ/215/5/2018**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie poz. 19 Formularza asortymentowego tzn. określenie pojemności butli na INOmax 800 ppm. Czy butle mają być o poj. 2l czy 10l lub czy jedno i drugie?

Odpowiedź: tak, Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali dostawę gazu INOmax 800 ppm w butlach o pojemności 2 litry i 10 litrów.

Pytanie 2:

Zwracamy się o doprecyzowanie poz. 20 Formularza asortymentowego i dookreślenie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „Dzierżawa zestawu do terapii tlenkiem azotu”? Czy chodzi o DSIR – urządzenia kompatybilne z mieszkaną 800ppm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali urządzenia kompatybilne z mieszkaną 800ppm, posiadające menu w języku polskim, posiadającym zasilanie zapasowe pozwalające pracować przez 6 godzin po pełnym naładowaniu akumulatorów, posiadający zintegrowany obwód awaryjny inoblender.

1. Jeden kompletny zestaw z butlą 10 l oraz niezbędnym wyposażeniem do terapii w Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków Szpitala.
2. Jeden kompletny zestaw z butlą 2 l dostosowany do terapii w karetce N, posiadający dokument potwierdzający zgodność z normami CE do zastosowań w karetkce.
3. Pełne wyposażenie w sprzęt jednorazowy niezbędny do prowadzenia terapii tlenkiem azotu – przez cały okres obowiązywania umowy.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wielkości dzierżawionych butli z zaworem zintegrowanym: 2l, 5l lub 10l?

Odpowiedź: tak, Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali butle z zaworem zintegrowanym: 2l, 5l oraz 10l.

Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o dookreślenie w pozycji 35 Formularza asortymentowego jakiego rodzaju naprawę butli ma na myśli Zamawiający? Czy chodzi o wymianę zaworów, malowanie, trwałe oznaczenie nazwą klienta?

Odpowiedź: tak, Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali w zakresie naprawy butli: wymiana zaworów, trwałe oznaczenie nazwą klienta, malowanie oraz dopuszczenie do użytkowania przez UDT, jeżeli okres ważności legalizacji mija przed 28.02.2021 r.

Pytania do ENTONOX:

Pytanie 5:

Czy Zamawiający poz. 32 Formularza asortymentowego pod pojęciem „ustniki z filtrem” Zamawiający dopuszcza „Jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem”?

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza „Jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem”

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odpowiedź: tak

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali do podawania leku (gazu) z poz. 20 Formularza asortymentowego jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem, który w połączeniu z zaworem dozującym uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i gwarantuje szczelność systemu podawania gazów eliminując tym samym potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych i wirusowych zaworu dozującego i na potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta lub oświadczenie producenta?

Odpowiedź: tak

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wymaga aby zawór dozujący lek (gaz) był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie?

Odpowiedź: tak

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, jednorazowe zawory dozujące z ustnikiem, zawór dozujący pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: tak

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, maski, filtry) były przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, co na potwierdzenie czego Wykonawca ma dołączyć do oferty oświadczenie producenta?

Odpowiedź: tak

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177, późn. zm.) informuje, o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez sprostowanie omyłki pisarskiej polegającej na zapisaniu „Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia.

30.Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 11 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy”

Powinno być:

30.Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 11 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Korczyńskiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy”

W Załączniku nr 2

Formularz asortymentowy.

a) Poz. 20. Dzierżawa zawór dozujący Entonox	6	szt.
Powinno być:		
Poz. 20. Dzierżawa zawór dozujący Entonox	2	szt.
b) Poz. 21 Dzierżawa stojak na butlę Entonox	6	szt.
Powinno być:		
Poz. 21 Dzierżawa stojak na butlę Entonox	2	szt.
c) Poz. 23 Dzierżawa butli gazy medyczne	600	szt.
Powinno być:		
Poz. 23 Dzierżawa butli gazy medyczne	200	szt.
d) Poz. 24 Dzierżawa butli gazy med. zawór zintegrowany	300	szt.
Powinno być:		
Poz. 24 Dzierżawa butli gazy med. zawór zintegrowany	100	szt.
e) Poz.25 Dzierżawa nosidła butle med. zawór zintegrowany	30	szt.
Powinno być:		
Poz.25 Dzierżawa nosidła butle med. zawór zintegrowany	10	szt.
f) Poz. 26 Dzierżawa butli gazy techniczne i specjalne	6	szt.
Powinno być:		
Poz. 26 Dzierżawa butli gazy techniczne i specjalne	2	szt.


W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium jak następuje:

Nowy termin składania ofert: 20 lutego 2018 roku godzina 10:00

Nowy termin wniesienia wadium 20 lutego 2018 roku godzina 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 20 lutego 2018 roku godzina 10:15

Z poważaniem


p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Katarzyna Krygowska