

Krosno, 22 luty 2018 roku

Do wszystkich uczestników postępowania  
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEN NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  
W POSTĘPOWANIU  
na dzierżawę koncentratorów tlenu  
Nr postępowania EZ/215/13/2018**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści koncentratory tlenu nie starsze niż 2014r.? Zgodnie z zaleceniem NIZ. Koncentratory tlenu nie powinny być starsze niż 5 lat.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Odpowiednio w 2018r i 2019r nie starsze niż z 2014r. W roku 2020 – nie starsze niż 2015r, w roku 2021 – nie starsze niż 2016r.**

Pytanie 2:

Czy wymiana aparatów może być dokonywana sukcesywnie nie dłużej niż do 6 miesięcy od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga koncentratorów tlenu na poziomie hałasu 35dB? Niski poziom głośności koncentratorów tlenu wpłynie na poprawę komfortu pacjentów użytkujących aparaty.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w załączniku nr 2 punkt 2 (parametry techniczne koncentratorów). Powinno być :


Dostawa i montaż (na koszt Wykonawcy) do domu pacjenta – potwierdzona protokołem odbioru (dotyczy również materiałów zużywalnych) –

1 dzień roboczy 20 pkt

2 dni robocze 10 pkt

3 dni robocze 0 pkt

Z poważaniem

  
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNYCH  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Katarzyna Krygowska